



AMELİYAT MASASI BAKIM ve KONTROL FORMU

Doküman Kodu	TY.FR.88
Yayın Tarihi	27.09.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa Numarası	1

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI

KULLANIM YERİ

**BAKIM
PERİYODU**

6 AYDA BİR

MODELİ

SERI NO

BAKIM TARİHİ

YAPILACAK KONTROLLER

YAPILDI

YAPILAMADI

1

6 aylık bakım ve kontroller teknik servis tarafından yapılacak.

2

Cihazın fiziki temizliği yapılacak

3

Cihazın kumandası tuşları ve diğer tuşların fonksiyonelliği kontrol edilecek

4

Cihazın kapakları açılarak Yağ seviyesi kontrol edilecek.

5

Eskime var ise değiştirilecek

6

Cihaz kontrol kartları Basınçlı hava ile temizlenecek

7

Cihazın mekanik bağlantı noktaları kontrol edilecek

8

Yapılan kontrollerde tespit edilen arıza ve eksiklikler teknik rapor kısmına yazılacak.

9

Yağ hortumlarında ve pistonlarda yağ kaçağı kontrolü yapılacak

10

Cihazın elektriksel bağlantıları kontrol edilecek

11

Cihazın mekanik bağlantı noktaları kontrol edilecek

12

Yetkili servis tarafından belirlenen conta,o-ring,filtre ve hortumlar değiştirilecek

13

Yapılan kontrollerde tespit edilen arıza ve eksiklikler teknik rapor kısmına yazılacak.

TEKNİK RAPOR

Bakımı Yapan Teknisyen
İmza

İlgili Servis Sorumlusu
İmza

Teknik Servis Sorumlusu
İmza