


30° Teleskop Teknik Şartnamesi

- 30°, ileri oblik görüşlü olmalıdır.
- Çapı 4 mm olmalıdır.
- Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
- Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
- Gyrus Plazma Kinetik rezekteskop sistemine uygun olmalıdır.
- Teleskop uç kısmı altın lehimle kaplı olmalı, bu sayede daha uzun süre sıvı sterilizasyonda kalabilmelidir.
- Teleskop çalışma elemanına pim aracılığı ile doğrudan bağlanmalıdır. Çevirmeli kilit uyumlu teleskoplar kabul edilmeyecektir.
- Sterilizasyon amaçlı otoklavlanabilir plastik teleskop taşıyıcısı ile birlikte verilmelidir.
- Teklif veren firma teklif ettiği ürünün üreticisi ise üreticisi olduğuna dair belgeleri, yetkili Türkiye distribütörü ise teklif verdiği tarih itibariyle yetkili satıcısı olduğunu gösterir belgeleri teklif dosyasında sunması zorunludur. Teklif veren firma bayi ise, teklif verilen tarih itibariyle yetkili Türkiye distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olduğunu gösterir belgeleri sunması zorunludur.


Prof. Dr. Sefer
K.S.U. TIP FAK.
ÜROLOJİ
Dip. No: 2