

ÇEMBERLİ TABURE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Klinik/Birim: Acil Tıp Kliniği

Konu ve Kapsam: Acil Tıp Kliniği'nde küçük müdahale biriminde kullanılmak üzere tabure ihtiyacı söz konusudur.

Gerekçe: Acil Tıp Kliniği küçük müdahale biriminde hastalara müdahale ederken, özellikle sütur atılırken sedye yüksekliğine göre tabure yüksekliği ayarlanabilecek ve işlem esnasında istenilen yöne hareket ettirilebilen çalışma kolaylığı sağlayacak çemberli tabure ihtiyacı vardır.

GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- 1) Oturma bölümü deri kaplı ve tercihen siyah renkli olmalıdır.
- 2) Yukarı ve aşağı hareketi sağlayan sistemi bulunmalıdır.
- 3) Yükseklik 48-68 cm arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- 4) Oturma bölümü 35 cm aralıklarla tasarlanabilir.
- 5) Ayak kısmında rahat çalışmaya sağlayacak çember sistemi bulunmalıdır.
- 6) İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- 7) Ürün acil serviste deneme yapılarak uygunluk verilecektir.

Yrd.Doc.Dr. Fatma Nihal YAMAN
Başhekim Yrd.

Lütfiye MANKIR
Acil Servis
Sorumlu Hemşiresi