

Sıra No	Parçanın Adı	Cihazın Adı	Çalıştığı Birim	Cihazın Modeli
1	KONVEKS PROB (4C)	LOGIQ P5	K.DOĞUM	GE

1. GENEL ÖZELLİKLER

1.1 İhaleye Katılacak Firmalar

- TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ihale sırasında sunulmalıdır.
- İlgili cihaza ait temsilcilik veya yetki belgesini ihale sırasında sunulmalıdır.

1.2. Teslimat ve Garanti

- Kullanılan prob orijinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduğu iddia edilen problemler kabul edilmeyecektir. İstenildiği takdirde, yüklenici probun üretici firmadan temin ettiğini belgeleyecektir.
- Kullanılacak olan prob 1 yıl süre ile garantili olacaktır.
- Alınan prob, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
- Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
- Alınacak olan prob ile cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Teslimat sonunda, cihazın çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Belirtilen Konveks Prob, GE marka Logiq P5 model Renkli Doppler Ultrasonografi cihazı ile kullanılacak ve belirtilen cihazla tam uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır.

Yrd.Doç.Dr. Alev ÖZER
Dip.Tes. No: 9977/94256
Kadın Hastalıkları
Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Bülent KÖSTÜ
KSÜ Sağlık Uygulama
Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Dip.Tes. No: 116475
Dip. No: 13465