

MESHER CİHAZI

1. Mesher cihazı paslanmaz çelikten yapılmış olup, sistem komple sterilizasyona girebilmeli ve konteynır sayesinde sterilizasyonu bozulmadan operasyonun yapılacağı yere rahatlıkla taşınabilmelidir.
2. Cihaz 0.2 ila 0.6 mm kalınlığındaki deri transplantını 1:1.5, 1:3 ve 1:6 oranında gerebilmeli ve belirlenen şekilde kesebilmelidir. Gerilen deri disposable carrier'lar vasıtasıyla kolaylıkla taşınabilmelidir.
3. Cihaz kompakt bir konstrüksiyona sahip olup kesici silindir kolaylıkla değiştirilebilmeli, anahtar kullanılmadan demonte edilebilmelidir. Cihazda gerekli çalışma güvenliği sağlanmış olmalıdır. Cutter'ların kullanımı ve temizliği açısından kolay takılıp çıkarılabilir olmalıdır.
4. Teklif edilcek sistem aşağıdaki aksesuarları içermelidir:
 - a. Deri ağını güvenli bir şekilde muhafaza etmek için steril disposable carrier:
 1. Skin carrier 1:1,5 büyüttmeli (1paket: 10 adet),
 2. Skin carrier 1:3 büyüttmeli (1 paket: 10 adet),
 3. Skin carrier 1:6 büyüttmeli (1 paket: 10 adet),
 - b. 2 adet el çıkırığı cihaz ile birlikte verilmelidir.
 - c. Her bir cihazla ile birlikte özel bölmeleri bulunan tel sepet ve bunun konulacağı konteynır verilmelidir
5. Sistemin bakımı için gerekli yağ ve ekipmanlar her bir cihazla birlikte 5(beş) adet ücretsiz verilmelidir.
6. İştirakçi firmalar teklif ettikleri sistemin yukarıda yazılı teknik koşulların hepsine tam uygunluğunu "Şartnameye Uygunluk Belgesi" adı altında ibraz edeceklerdir.
7. Aşağıda belirtilen belgeler noter tasdikli olarak ihale evrakları arasında verilecektir:
 - İmalatçı, ithalatçı ve iştirakçi firmaların kurum adına hazırladığı garanti belgesi
 - Cihazlar ve aksesuarlar için: 2 yıl (Herhangi bir arıza durumunda, arıza giderilene kadar yüklenici firma cihazı tamirat süresine kadar 72 saat içerisinde hastaneye ücretsiz aynı özelliklerde çalışır durumda yedek cihaz vermeyi taahhüt eder.)
 - Yedek parça ve servis için: 10 yıl

8. Teklif Verilecek Sistem içeriği:

Özel Konteyner ve Sepet: 2 Adet

Disposable Carrier: 9 Paket (90 Adet)

Mesher Bakım Yağı: 5 Adet

K.S.Ü. SAĞLIK FAKÜLTESİ HASTANESİ
Yrd. Doç. Dr. Zeynep ALGUT
Dip. No: 37319
PLASTİK CERRAHI A.B.D.

Prof. Dr. Mehmet BEKERCİOĞLU
K.S.Ü. S.Ü.A. Tıp Fak. Hast.
Plastik Cerrahi A.B.D.
Dip. No: 37319