

KOMPRESYON CİHAZI TEKNİK ÖZELLİĞİ

1. Cihaz 220 Volt 50 Hz şehir cıreyanı ile çalışmalıdır.
2. Cihaz iki kanallı olmalı aynı anda iki adet manşonu şişirebilmelidir. İstenirse tek kanal olarak da kullanılabilirdir.
3. Cihazda basınç 20-150 mmHg arasında ayarlanabilmelidir.
4. Cihazda 15 adet hazır tedavi programı bulunmalı ve 50 adet kaydedilebilir boş hafızası bulunmalıdır .
5. Cihazda tedavin süresi 30 dakikaya kadar veya istenilirse sürekli olarak çalışacak şekilde ayarlanabilmelidir.
6. Cihazda ayarlanan değerler LCD çoklu satırlı grafik dijital bir ekrandan izlenebilmelidir.
7. Cihazın ağırlığı 20 kg 'ı geçmemelidir.
8. Cihazın hastaya göre değişen çeşitli ebatlarda manşonları olmalıdır.
9. Cihazla beraber verilen manşonlar genişletilebilir yapıda olmalıdır ve istenildiği takdirde genişletmek için ek parçalar temin edilebilmelidir.
10. Cihazla birlikte 1 adet uzun bacak için 9 bölmeli manşon ve 1 adet 7 bölmeli uzun kol manşon verilmelidir.
11. Cihaz ile beraber verilen manşonların cihaz kontrol ünitesinden her bir hücresi için ayrı ayrı basınç ayarı yapılabilmelidir. Böylece hedef bölgeyi daha iyi tedavi edebilmelidir. Bu işlem için cihaz içerisinde elektronik kontrollü manşon hücresi adedi kadar bağımsız valf bulunmalıdır.
12. Cihaz uluslar arası kalite ve güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- 123 Cihaz, fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.10 yıl ücreti karşılığında servis ve yedek parça garantisine sahiptir.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Dilek SÖYLU

Hemşirelik Hiz. Mtd. Yrd
Feray ÖNÜŞ