COBAS C-701 BAKIM ÇİZELGESİ

Doküman Kodu	BL.YD.03
Yayın Tarihi	02.01.2020
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa Numarası	1

GÜNLÜK		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cihaz	Incubation Water Exchange																															
	Air Purge(All)																															
	Reagent Prime(All)																															
	Photometer Check																															
Manuel	Numune Probu																															
	ISE probu																															
	Reaktif Probları																															
	Cihaz Yüzeyi																															
Gün Sonu	Air Purge(All)																															
	Yeşil Rack ile Yıkama																															

HAFTALIK	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta
Wash Reaction Part				
Cell Blank				

AYLIK BAKIM	TARİH
Küvet Değişimi	
Inkübasyon Filtresi ve Banyosu Temizliği	
Cihaz Üzerindeki Filtre Temizliği	

2 AYLIK BAKIM	TARİHİ
Na,K,Cl Elektrot Değişimi	

TEKNİK DESTEK
APPLIKASYON

CİHAZ SORUMLUSU:	
LABORATUVAR SORUMLUSU:	