



BRONKOSKOPİ ÜNİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

Doküman Kodu	HB.TL.47
Yayın Tarihi	01.12.2016
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

1. AMAÇ: Bronkoscopi ünitesinin işleyişinin belirlenmesi ve hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetinin önlenmesi için doğru yöntemlerin belirlenmesi.

2. KAPSAM: Bronkoscopi ünitesi çalışanlarını kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. SORUMLULAR: Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Bronkoscopi Birim Hemşiresi, Personelleri

4. FAALİYET AKIŞI:

5.1. Randevu tarihlerinin ve tetkik sonuçlarının verilme süreleri: Hastaya endoskopik işlem gerekliliğini düşünen hekimin tetkik istemi ile başlayan süreçte hasta tetkik sonuçları ile değerlendirildikten sonra ilgili hekim tarafından randevusu verilir.

5.2. Randevu verilmesi: Hastaya hekimi tarafından yoğunluğa göre en geç 1- 1.5 hafta sonrasına randevu verilir. Hekimin aciliyet belirttiği durumlarda, çalışma durumuna göre aynı gün ya da 3 gün içinde erken randevu da verilebilir.

5.3. Hastanın hazırlığı: Hastaya randevu verilirken işlem için geleceği gün yapması gerekenler hekimi tarafından anlatılır. İşlemle ilgili bilgilendirilmiş hasta onam belgesi tarih, isim ve imzası alınarak hasta dosyasına konur. Hasta işlem için hazırlanmak üzere serviste bulunan dinlenme odasına alınır ve ameliyat önlüğü ile bonesi giydirilerek işlem odasına alınır.

5.4. Doku örnekleri ile ilgili işlemler:

5.4.1. Doku örneğinin alınması: Endoskopik işlemde gerek görülürse patolojik inceleme için biyopsi alınır. Bu işlem kullanılan cihaza özel biyopsi forsepsi ile alınır. Alınan doku parçası önceden hazırlanmış biyopsi kabına (formal içeren) konulur. Üzerine isim ve tarih yazılarak muhafaza edilir.

5.4.2. Örneğin taşınması ve patoloji laboratuvarına teslimi: Hazırlanan materyal patoloji istek formu doldurularak ileri tetkik için patoloji laboratuvarına hasta ve/veya hasta yakını tarafından, eğer yoksa başhekimlik tarafından görevlendirilen personel ile sevk edilir.

5.5. Rapor yazılma süreci: İşlem bitiminde hastanın dinlendirilme sürecinde, hekim tarafından raporu düzenlenir. Bronkoscopi raporu işlem günü mesai saatleri içinde sıklıkla 10-15 dakika içerisinde hasta ya da hasta yakınına teslim edilir. Hastaya işlem sonrası dikkat etmesi gereken noktaları hekimi tarafından açıklanır.

5.6. Cihazların temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kuralları: Cihazların temizliğinde işlem sonrası önce cihazın kontamine kısımları gazlı bezle silinerek temizlenir. Biyopsi kanalında artık kalmasını engellemek için cihaz özel biyopsi fırçası ile temizlenir. Hava kanalı, su kanalı ve aspirasyon kanalının temizliği özel fırçaları ile sağlanır. Özel yıkama makinesine yerleştirilerek tekrar basınçlı su ve deterjan ile yıkanması sağlanır. Aynı makine içinde yıkama işlemi bitiminde dezenfektanda bekleme süresinden sonra durulama işlemi de yapılarak cihazın yıkama işlemi tamamlanır. (Dezenfektanda bekleme süresi kullanılan dezenfektanın özelliğine göre değişim gösterebilir.) Cihaz makineden çıkarıldıktan sonra acil durumlarda tekrar kullanılması gerekiyorsa steril gaz kompres ile kurularak tekrar kullanım için prosöre bağlanır. Eğer cihaz hemen kullanılmıyorsa makineden çıkarıldıktan sonra kuruması için kendi özel askısına asılarak muhafaza edilir. Cihaz her kullanım öncesi ve sonrası mutlaka yıkanır.