



PHOENIX 100 BAKIM FORMU

Doküman No	ML.FR.30
Yayın Tarihi	21.09.2017
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

AY :

YIL :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

HAFTALIK BAKIM

Cihazın dış yüzey temizliği																															
Cihazın hava filitrelerinin kontrolü																															

İŞLEMİ YAPAN OPERÖTÖR

6 AYLIK BAKIM

Cihazın UV lambalarının kontrolü																															
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

İŞLEMİ YAPAN OPERÖTÖR

YILLIK BAKIM

Cihazın UV lambalarının kontrolü																															
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

İŞLEMİ YAPAN OPERÖTÖR

2 YILLIK BAKIM

Cihazın normalizerlerinin değiştirilmesi																															
Cihazın UV filitrelerinin değiştirilmesi																															
Cihazın kalibrasyonunun yapılması																															

İŞLEMİ YAPAN OPERÖTÖR