

#### HD ULTRA-SLIM VİDEO GASTROSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Video gastroskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalı ve High Defination özelliğine sahip olmalıdır.
2. Video gastroskopun saha görüş açısı en az 140 derece olmalıdır.
3. Video gastroskopun saha görüş derinliği en az 3-100 mm arasında olmalıdır.
4. Video gastroskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
5. Video gastroskopun insertion tüp dış çapı en az 5,4 mm olmalıdır.
6. Video gastroskopun distal dış çapı en az 5,3 mm. olmalıdır.
7. Video gastroskopun çalışma kanalı iç çapı en az 2,0 mm olmalıdır.
8. Video gastroskopun faydalı çalışma uzunluğu en az 1.100 mm olmalıdır.
9. Video gastroskopun ucunun bükülebilme kapasitesi en az; yukarı 210 derece, aşağı 90 derece, sağa 100 derece, sola 100 derece olmalıdır.
10. Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına batırılabilir durumda olmalıdır.
11. Video gastroskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.
12. Garanti süresi boyunca kullanıcı hataları dahil tüm arızalar yüklenici firmaya aittir.
13. **Gastroskop uyumlu 10 adet biopsi forsepsi, 5 adet fileli sneyre hibe verilecektir.**

K.MARAS SEKTÖRÜ  
TIP FAKÜLTESİ  
Dr. Öğr. Mustafa Kemal  
Göğüs Cerrahisi A.D.

Dr. Özgür Özen  
Şifalı Eczacı