

VIDEO KOLEDOKOSKOPİ SETİ

Genel hüküm: Sistemin bütünlüğünün bozulmaması için tüm listeye teklif verilmelidir. Sistemin uyumlu çalışması ve kolay kullanımı açısından teklif edilen tüm ekipmanlar aynı marka olmalıdır.

1 Adet Fileksibl Video Koledokoskop

1. Fileksibl cihaz, distal uç kısmından 270 / 270 derece defleksiyon yapabilir olmalıdır.
2. Fileksibl cihazın uç kısmı düz pozisyondayken görüş yönü 0 derece, görüş açısı ise 90 derece olmalıdır.
3. Fileksibl cihazın çalışma kanalı iç çapı 1,2mm olmalıdır.
4. Fileksibl cihazın distal uç dış çapı 2,8mm olmalıdır.
5. Fileksibl cihazın çalışma uzunluğu 50 (+/-2) cm. olmalıdır.
6. Fileksibl cihaz Karl Storz marka IMAGE1 kamera kontrol ünitesi ile uyumlu olmalıdır.
7. İhale sonrasında demo yapılacaktır. Ürünün alımına demo sonucuna göre karar verilecektir.
8. Cihaz ile birlikte verilmesi gereken enstrümanlar aşağıda belirtilmiştir;
 - 1 adet basınç kompensasyon kepi
 - 1 adet kaçak test cihazı
 - 1 adet 2 mm çapında 150 cm uzunluğunda temizleme fırçası
 - 1 adet Fileksibl ve 3 Fr. çapında biyopsi forsepsi
 - 1 adet Fileksibl ve 3 Fr. çapında kavrama forsepsi
 - 1 adet 2,5 Fr. çapında 120 cm uzunluğunda taş alma basket forsepsi
 - 1 adet Y şeklinde Luer adaptör (contaları ile birlikte)
 - 1 paket temizleme adaptörü

1 Adet Sterilizasyon İçin Konteynır

1. Hidrojen peroksit ve gaz sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
2. Video bronkoskopi için dizayn edilmiş ve sterilizasyonuna uygun olmalıdır
3. Boyutları 550 x 260 x 90 mm olmalıdır.

Dr. Öğretim Üyesi Sezgin TOPUZ
K.S.Ö. Sağlık Uygulama ve
Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 116931

KSÜ Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Mehmet Fatih YÜZBAŞIOĞLU
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 8641
Dip. Tes. No: 94513

VIDEO KOLEDOKOSKOPİ EL ALETLERİ

1 Adet BERCI Mikro Bıçak

1. Sivri uçlu, çapı 5 mm ve uzunluğu 31 cm olmalıdır.

1 Adet OLSEN Kolanjiyografi Fiksasyon Klembi,

1. Kateter kanallı ve 6 Fr ve uzunluğu 27 cm olmalıdır.

1 Adet Berci Plastik Stile

1. Intraoperatif video koledokoskopi ile birlikte verilmelidir.

1 Adet BERCI KAVRAMA FORSEPSİ

1. Kavrama Forsepsi çapı 10 mm ve uzunluğu 36 cm olmalıdır.
2. Forseps ucu çift çene hareketli olmalıdır.
3. Forseps re-usable kullanıma uygun olmalıdır.
4. Forseps 3 parçadan oluşmalıdır;
 - * Metal Elcek
 - * Dış tüp
 - * Forseps iç aksamı

1 Adet Silikon Ped

- 1-) Silikon ped 10'luk paket halinde olmalıdır.
- 2-) BERCI kavrama forsepsi ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır.

1 Adet İki yönlü Musluk

1. kontrast medium ve saline solüsyonu için 2 valfli olmalıdır.

1 Adet Tüp

1. 2 luer lock konektörlü olmalıdır.

Dr. Öğretim Üyesi Sezgin TOPUZ
K.S.O. Sağlık Uygulama ve
Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 116931

Prof. Dr. Mehmet Fatih YILMAZ
K.S.O. Top Cerrahi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 8641
Dip. Tes. No: 94513