

CELİK DOLAP 700 x 680 x 2000 mm

1.

1. Dolap 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Dolap 3 tarafı kapalı, önü açık ve 3 adet ara rafa sahip olmalıdır.
3. Dolap ölçüsü 700 x 680 x 2000 mm($\pm$ 50 mm) olmalıdır.
4. Üründe yaralanmalara neden olacak keskin köşe ve kenarlar olmamalıdır.
5. Kaynak sonrası ürün temizliği dekoratif bütünlüğü bozmamalıdır.
6. Teklif verecek firma yerinde keşif ve ölçülendirme yapmalı ve yer gördü belgesi almalıdır.
7. Firma imalat öncesi kurumdan teknik resim üzerinden onay almalıdır.
8. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
9. Üretici veya satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
10. Üretici veya satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
11. Üretici veya satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
12. Üretici veya satıcı firmanın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
13. Üretici veya satıcı firmanın OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.

Doç. Dr. Sadık YURTİRMAN
Uzmanlık No: 17095
Dipl. No: 17095
K.Ş.Ü. Tıp Fakültesi
Diyadinin
1981/27

Selin AYTEMİZ
YDYB Ünitesi
Sorumlu Hemşire

1. Kan gazı masası 304 Kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Masa üst tablası altında destek kuşakları olmalıdır.
3. Masanın alt sağ, sol ve arka tarafı kapalı olmalıdır.
4. Masa altında bir adet çekmece olmalıdır.
5. Çekmece teleskopik raylı mekanizmaya sahip olmalıdır.
6. Çekmece kafaları çift cidarlı olmalıdır.
7. Çekmece altında açık depolama bölmesi olmalıdır.
8. Masa boru tip paslanmaz ayaklara sahip olmalıdır.
9. Masa ölçüsü 1000 x 700 x 750 mm($\pm$ 50 mm) olmalıdır.
10. Üründe yaralanmalara neden olacak keskin köşe ve kenarlar olmamalıdır.
11. Kaynak sonrası ürün temizliği dekoratif bütünlüğü bozmamalıdır.
12. Teklif verecek firma yerinde keşif ve ölçülendirme yapmalı ve yer gördü belgesi almalıdır.
13. Firma imalat öncesi kurumdan teknik resim üzerinden onay almalıdır.
14. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
15. Üretici veya satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
16. Üretici veya satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
17. Üretici veya satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
18. Üretici veya satıcı firmanın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Üretici veya satıcı firmanın OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.

Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Diyadin No: 44-995
Uzmanlık Alanı: Tıp Fakültesi
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Yerli
Eğilim: Tıp Fakültesi
No: 108121
Eğilim: Tıp Fakültesi

Selçuk AYTEMİZ
YDYB Ünitesi
Sorumlu Hemsire

3.
ÇELİK MASA 1700 x 650 x 900 mm


1. Masa 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün geniş üst tablaya sahip olmalıdır.
3. Üst tabla en az 1,2 mm kalınlıkta olmalıdır.
4. Üst tabla altında destek sacları olmalıdır.
5. Üst tabla arkasında 60 mm sırt olmalıdır.
6. Masanın alt tarafının sağ, sol ve arkası kapalı olmalıdır.
7. Sağ alt tarafta ise toplam 3 adet blok çekmece olmalıdır.
8. Çekmeceler teleskopik raylı mekanizmaya sahip olmalıdır.
9. Çekmece kafaları çift cidarlı olmalıdır.
10. Masanın solunda taban rafı ve bir adet ara raf olmalıdır.
11. Masa boru tip paslanmaz ayaklara sahip olmalıdır.
12. Masa ölçüsü 1700 x 650 x 900 mm($\pm$ 50 mm) olmalıdır.
13. Üründe yaralanmalara neden olacak keskin köşe ve kenarlar olmamalıdır.
14. Kaynak sonrası ürün temizliği dekoratif bütünlüğü bozmamalıdır.
15. Teklif verecek firma yerinde keşif ve ölçülendirme yapmalı ve yer gördü belgesi almalıdır.
16. Firma imalat öncesi kurumdan teknik resim üzerinden onay almalıdır.
17. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
18. Üretici veya satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Üretici veya satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
20. Üretici veya satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
21. Üretici veya satıcı firmanın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
22. Üretici veya satıcı firmanın OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.

Doç. Dr. Sadık YURTUTAN
Diyadin No: 117285
Uzmanlık Alanı: Tıp Fakültesi
K. S. Ü. Tıp Fakültesi
Doğan Uzmanı

Selma ARTEMİZ
YDYB Uzmanı
Sorumlu Hemşire


2500 x 71105

KAN GAZI MASASI




1. Koenig. Gelik Solop

KÜVEZ YIKAMA



TEZGAH 1700 x 650 x 900 mm
3. Koien Cellik mesa

TEZGAH



Doc. Dr. Sadik YORTUTAN
Dipl. No: 171995
Uzmanlık No: 86062 / Yönetim
K.S.U. Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyoloji
Klinik Doğan Uzmanları

Selin AYTEMİZ
YDYB Ünitesi
Sorumlu Hemşire