

6VT-D TEE PROBE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Parçanın Adı	Cihazın Adı	Çalıştığı Birim	Cihazın Modeli
1	6VT-D TEE PROBE	VIVID E9	KARDİYOLOJİ	GE

1. GENEL ÖZELLİKLER

1.1 İhaleye Katılacak Firmalar

- TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'ni ihale sırasında sunmalıdır.
- İlgili cihaza ait temsilcilik veya yetki belgesini ihale sırasında sunmalıdır.

1.2. Teslimat ve Garanti

- Kullanılan prob orijinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduğu iddia edilen problemler kabul edilmeyecektir. İstenildiği takdirde, yüklenici probun üretici firmadan temin ettiğini belgeleyecektir.
- Kullanılacak olan prob 1 yıl süre ile garantili olacaktır.
- Alınan prob, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmayacaktır.
- Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
- Alınacak olan prob ile cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Teslimat sonunda, cihazın çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Belirtilen 6VT-D TEE Probe, GE marka Vivid E9 model Renkli Doppler Ekokardiyografi cihazı ile kullanılacak ve belirtilen cihazla tam uyumlu ve sorunsuz çalışacaktır.
- TEE Prob yetişkin amaçlı kullanılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Murat KEREMTÜLÜOĞLU
KSÜ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Dip. Tes. No: 148245
Uzm. Tes. No: 141765

Prof. Dr. Ahmet Çağrı AYKAN
Dip. Tes. No: 132334
KSÜ TIP FAKÜLTESİ
Kardiyoloji A.D.