



BLOK ARŞİV DOLOBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün patoloji laboratuvarında blok arşiv işlemine uygun imal edilmiş olmalı.
2. Blok arşiv dolabı hâlihazırda laboratuvarımız arşiv biriminde mevcut olan blok arşiv dolabı ile uyumlu olmalı, araya girebilmeli veya ünite ilave edilebilmelidir.
3. Blok arşiv dolabı bir ünitesi; 10 çekmece ve 12 bölümden oluşmalıdır.
4. Fırın boya ile boyanmış ve paslanmaz özellikte olmalıdır.
5. ISO9001 ve CE belgesi olmalıdır.
6. En az bir yıl garantili olmalıdır.
7. Toplam 6 ünite olmalıdır.

Emine KILINÇ GÜNAY
Dr. Öğretim Üyesi



Rabia HURŞİTOĞLU
Dr. Öğretim Üyesi



Abdulkadir Yasir BAHAR
Tıbbi Patoloji AD Başkanı

