

GENİŞ AÇI FUNDUS FLÖRESEİN ANJİOGRAFİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz geniş aç retina ve fundus flöresein anjiyografi görüntülemesi yapabilmelidir.
2. Cihaz Fundus Fluoressein Anjiografi, Red-Free tetkiklerini yapmaya, elde edilen görüntüleri dijital olarak bilgisayar ortamında saklama ve işlemeye elverişli olmalıdır.
3. Sistemde, Flöresein, Red-free ve renkli gözlem filtreleri bulunmalı, filtreler arası geçiş tamamıyla yazılım yada elektronik kontrol paneli üzerinden sayısal olarak kontrol edilmelidir.
4. Fundus kamera ile herhangi bir optik aksama gerek kalmadan ön segment fotoğrafları çekilebilmelidir.
5. Cihazla en az 150 derecelik bir görüş açısı sağlamalıdır.
6. Cihazı taşıyan ünite aşağı-yukarı motorize hareketli olmalıdır.
7. Cihaz 100V, 110V, 127V, 220V, 240V/50-60 Hz ile çalışabilmelidir.
8. Sistem monitörü hem video hem de bilgisayar bağlantısı olan en az 21 inçlik ve en az 1280x1024 piksel çözünürlükte, TFT renkli/gri ölçekli veya Capacitive, multitouch özellikli olmalıdır. Ayrıca görüntüleme sistemi ile cihaza çekilen gerçek renkli (true color) red, green (red free), blue, otofloresans-green, otofloresans-blue, floresein anjiyografi, infrared, stereo ve ön segment fotoğrafları ile yüksek rezolüsyonlu kombine görüntüleme sağlamalıdır.
9. Cihazla birlikte Dijital Görüntü Arşivleme sistemi verilmelidir. Sistem kamera ile entegre olmalı ve elde edilen görüntüler yüksek kapasitede bilgisayarda saklanabilmelidir.
10. Yazılım üzerinden Fundus Kamera kontrol edilebilmelidir.
11. Elde edilen hasta görüntüleri, hasta bilgileri ile birlikte hafızada saklanabilmeli, görüntüler üzerinde işlemler yapılabilirdir
12. Yazılım geliştirilmeye açık olmalı ve yeni yazılımlar ile upgrade edilebilmelidir.
13. Cihazla birlikte hidrolik yükseklik ayarlı, tekerlekli, sırt desteği olan teknisyen koltuğu ve hidrolik yükseklik ayarlı tekerleksiz hasta taburesi verilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

14. İdareimiz onarım hakkını kullanmasına rağmen, malın idaremize teslim edildiği tarihte belirlenen garanti süresi içinde, aynı arızanın 2'den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 4'ten fazla meydana gelmesi durumunda; bu arızalar maldan yararlanmamayı sürekli kılacağından, cihazın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesi veya sözleşmenin

Bu belge, güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5637&eD=BSLNUADKFH&eS=273590> adresinden yapılabilir.


Prof. Dr. Gökhan ÖZDEMİR
KŞİB Başkanı
Dr. Terc. 66803 - T.C. No: 93092117

feshedilerek bedelin iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi konusunda tercih hakkı idaremize aittir.

15. İthalatçı firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkânlarını ve teknik alt yapı durumunu belgeleyeceklerdir (teknik personel sayısı, bakım onarım imkânları, cihaz eğitim belgeleri, maaş bordrosu vb).
16. Cihaz ile birlikte orijinal dökümanları ve kullanım kitapçığı ile verilmelidir.
17. Teklif veren firmalar, şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar " Marka Cihazın Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
18. Teklif edilen cihaz şartnameyi birebir karşılamalıdır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri reddedilecektir.
19. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dökümanda görülebileceği belirtilecek ve döküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dökümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
20. Teklif edilen cihaz CE/ISO/TUV uluslararası kalite belgelerinden birine sahip olmalıdır.
21. Teklif veren firmalar ihale esnasında, ithalatçı firmanın almış olduğu TSE Hizmette Yeterlilik Belgelerini dosyalarında bulunduracaklardır.
22. Cihaz, satıcı firmanın teknik elemanları tarafından, kullanıcı tarafından uygun görülen yerde, şartname muhteviyatına göre, tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır durumda teslim edilecektir.
23. Cihaza ait kullanıcı eğitimi kullanım mahallinde sorumlu personele ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir.
24. Servis güvenliği için temsilci firma en az 5 yıldır ilgili cihazın temsilcisi olmalıdır ve servis elemanlarının fabrika onaylı eğitim belgesi olmalıdır.
25. Cihaz 220V şehir şebeke cırcıyanı ile %10 toleranslı olarak çalışacaktır.
26. Cihaz ve aksesuarları fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süre ile garantili olmalı, ayrıca 10 yıl süre ile de bakım, onarım, yedek parça ve servis garantisi temsilci firma tarafından sağlanacağı taahhüt edilmelidir.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir

Göz Hastalıkları A.D. Başkanı



Bu belge, güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5637&eD=BSLNUADKFH&eS=273590> adresinden yapılabilir.