

HASTA TAŞINMASI İÇİN SEDYELİ AKÜLÜ ARAÇ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Akülü hasta taşıyıcı (araç) en az 400 kg yük taşıma kapasitesinde olacaktır.
2. Araç hasta taşıma amaçlı olup sürücü dahil 2 koltuk ve sedye olacaktır.
3. Araç en az 100 Ah (Amper) 24V akü ile beslenmelidir. Ayrıca bu akülere ait şarj aleti olacaktır.
4. Araçta elektromanyetik, akıllı fren sistemi olmalıdır.
5. Aracın maksimum şarj süresi 7,5 saati geçmemelidir.
6. Aracın motor gücü minimum 1500W DC motor olmalıdır.
7. Araçta sedye oturma kazağı zemini için paslanmaz kromnikel materyal kullanılmalıdır
8. Araçta bir (1) adet transfer sedyesi için platform ve kızak sistemi olmalıdır ve aynı zamanda bu kızaklar hastanede kullanılan mevcut sedyeler ile bire bir uyuşmalıdır
9. Araçta ikaz için uyarı lambası olmalı.
10. Araç şasesi dikişsiz çelik boru, profilden yapılmalıdır.
11. Aracın hız değişimi hız sınırlama potansiyometresi ile yapılmalıdır.
12. Aracın ön ve arka lastikleri havalı lastik ve 15x600-6 cm olmalıdır.
13. Araçta park lambası, sinyal lambası ve korna bulunmalıdır. Araç aydınlatmaları ve zil sesi güçlü olmalıdır.
14. Araçta bulunacak 2 koltuk için ayrı ayrı emniyet kemeri olmalıdır.
15. Araçta geri gidişlerde sesli uyarı sinyali olmalıdır.
16. Araç uzunluğu en az 220 cm, en fazla 240 , genişliği ise 105cm en fazla 115 cm olmalıdır.
17. Aracın kontrolü; direksiyon kolu (GİDON) ve kol üzerinde bulunan hareket butonları ile ileri, geri, sağa ve sola dönüş hareketleri sağlanacaktır.
18. Direksiyon kolunda bulunan hareket butonlarının kablolama sistemi gizlenmiş biçimde yapılarak kablounun zarar görmesi engellenecektir.
19. Aracın yetkisiz kullanımının önüne geçme amacıyla bir kilit veya kontak sistemi olacak bu anahtara sahip olunmadığı takdirde araç kullanılamayacaktır.
20. Aracın önünde ve arkasında koruyucu tampon olmalıdır.
21. Aracın kontrol paneli üzerinde şarj göstergesi olacaktır.
22. Araç hastane genelinde en az 12° derece rampaları tam yükle çıkabilir özellikte olmalı, durduğunda elektromanyetik fren sistemine sahip olmalı, kumanda haricinde hareket etmemelidir.
23. Aracın kullanımı ile ilgili kurumun belirleyeceği personellere eğitim verilerek bu eğitim belgelendirilecektir.

Yrd.Doç.Dr. Bora BİLAL
Başhekim

Hemşilik Hizmetleri
Müdürü
Şahin KADIOĞLU

24.Araç iç mekan kullanımı için tasarlanmış olmalıdır

25.Aracın tüm parçalar dahil en az 2 yıl garantisi olmalıdır.

26.Garanti sürecinde aracın arızalanması durumunda firma arızaya 7 iş günü içerisinde müdahale edecektir. Arızanın giderilmesi 10 iş gününü geçmeyecektir.

27.Firma 10 yıl boyunca kurumun talebi doğrultusunda yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım onarım hizmeti sunacaktır.

28.Araç helikopter ambulanstan sedye almaya uygun olmalıdır.

Yrd.Doç.Dr. Bora S. LA.
Başhekim Yrd.

Hemşirelik Hizmetleri
Müdür Yardımcısı
Şahin KARDOĞLU