



T.C.
K. MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayfa : 1 / 1

TALEP NO: 184
TALEP ADI : (184)RADYOLOJİ ANABİLİM DALI İHTİYACINA 1 KALEM DEMİRBAŞLAR GRUBU / 255 ALIMI [ÖZEL BÜTÇE]
TALEP TARİHİ : 12.01.2024
TALEP YERİ : RADYOLOJİ ANABİLİM DALI DEPOSU

TEKNİK ŞARTNAME

1 KURŞUN ÖNLÜK

5 Adet

K.S.Ü.
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
X-RAY KORUYUCU GIYSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: X RAY Koruyucu Giysi SET Şartnamesi

ANTİBAKTERİYEL/ANTİMİKROBİYAL X-RAY KORUYUCU GIYSİ VE SETLERİ

- 1.1 Koruyucu Giysi SET e ait Koruma Oranı T.C TAEK verileri nezdinde en az 100 kVp da %97 koruma düzeyinde olmalıdır. Bu standardın altındaki koruma düzeyi standartlarındaki ürünler, kesinlikle değerlendirme dışı kalacaktır.
- 1.2 Koruyucu Giysi SET içeriğindeki aksam, Medikal X Ray kullanımı için uygun ve Koruma oranı etiketi (kurşun eşdeğeri) ve üzerinde QR Barkodu olacaktır. Ürün farklı ölçülerde ve modellerde kullanıma hazır ameliyathane ve klinik ortamda optimum düzeyde uygun kullanımı ile farkedilen özel farklı desen ve PTFE / PU veya sentetik kumaş kaplı olmalıdır.
- 1.3 Giysi set koruyucu etkinliği resmen kanıtlanmış olan ve patentli koruyuculuğu onaylı etkin ağırlıklı Bizmut-Antimon, Tungsten ile Bizmut -Bazlı veya Titanyum elementlerinden imal edilmiş olmalıdır. Bu beyan, malzemenin T.C TAEK Element Analiz Onayı ile ayrı ispat edilmelidir. İspat edilemeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 1.4 Set içeriğindeki koruyucu görevi yapan (Core Materyal) elementlerin; Ağırlıklı Esas Elementleri Kurşun, Kurşun Oksit, Baryum, Klor, Kauçuk, Plastik vs. materyaller kesinlikle içermemelidir. Bu hususta T.C. TAEK Element Analiz Raporu esas alınır.
- 1.5 Koruyucu giysi set dışındaki kaplama üzerinde kullanıcıyı rahatsız eden ve hava aldırmayan petrol yan ürünü Kauçuk, Vinil, Vinlex vs. kaplama kesinlikle olmayacaktır. İstenmesi halinde Hidrofobik ve sıvı geçirmeden temizlenebilen, üzerinde herhangi bir kontaminasyona mukavemet sağlayacak özellikte olacaktır. Hastane Ortamında bulunan (Antibakteriyel ve Antifungal ve Antimikrobiyal) zararlı Tüm unsurlara karşı koruyucu etkinliği olan ve etken maddeden mamul edilmiş olmalıdır .
- 1.6 Üreticisi, üretim tarihi, kontrol tarihleri, geçirdiği işlemler, ithalat belgesi tüm detayları kuruma belgelenecektir.
- 1.7 Apron set tam ve eksiksiz koruma sağlamak amacıyla tüm modellerin önü en az 0,50 LE (mm Pb) koruma oranına sahip olacak biçimde dizayn ve kesim ile teslim edilecektir. Ayrıca Aprona Bağlanıp çıkarılabilen aynı hammadden ve kaplamadan mamul 0,50 LE (mm Pb) visor tipi Troid boyunluk ile baş koruma kep birlikte verilecektir.
- 1.8 Teklif edilen ürünlerin CE, İthal ürünlerde Tip İnceleme Sertifikası (madde 10) ve 11B sertifikası ile TAEK Geçirgenlik test raporu, IEC61331/1, DIN6857 -1 ve ASTM F-2547-06 standartlarına uygun testler yapıldığına dair belgeler satıcı firma tarafından verilmelidir.
- 1.9 Önlükler üzerine dozimetre için özel cep ve 12 harfe kadar yazılabilen isim ile hastaneyi temsilen logo ücretsiz konulacaktır. Böylece hem çalışan ve kaybolmaya karşı güvenlik oluşturacak, hem de daha uzun ömürlü kullanım gerçekleştirilecektir.
- 1.10 Apron ve Aksamı size ebatları katalog / web sitesi üzerinde belirlenen uzunluk ebat ve boyalarda sunulacaktır. Bu ölçüler klinikle beraber alınacak ve hata olmaması için son ölçüler kliniklere imza ve kaşe ile onaylatılacaktır.
- 1.11 Apron Set içeriğinde beden ve renk seçimi klinik tarafından belirlenecektir.
- 1.12 Ürünler ait kalite belgeleri CE ,T.C Başbakanlık TAEK ve T.C. Sağlık Bakanlığı İ.E. Gn.Md. Belgeleri mutlaka olacaktır.
- 1.13 Ürünlerle birlikte tekerlekli ve palto, etek-yelek ve ön koruma tipte koruyucu giysiyi asmaya uygun ve şartnamede belirtilen tipte askı sistemi verilecektir.

- a- ÖN KORUMA TİPTE : Ön Komple kapalı TEK Kat (0,50 LE) arka panel 0,25 LE Koruma Oranında çapraz bağlı yarım şeritli ve yan velkro ile tutturulan tek parça çabuk çıkarılıp giyilebilen Arkası açık .
- b- KAFA KORUMA : Baş ve kafatası Koruma amaçlı 0,50 LE tek Kat koruyucu Kurşun Arka velkro ve bağ ile kapatmalı Apronla ve diğer aksamla aynı kumaştan,
- c- TROID KORUMA: Troid koruma amaçlı 0,50 LE tek Kat koruyucu Kurşun diğer aksamla aynı kumaştan,

Adetler:

- a- Ön koruma tipte : 5 Adet
b- Kafa koruma (kep) : 5 Adet
c- Troid koruyucu : 5 Adet

1. KOMİSYON ÜYESİ

2. KOMİSYON ÜYESİ

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

İSİM - ÜNVANI - İMZASI

Serhat İGÇİ
Sağlık Teknikeri
Kurum Sicil No: 4575

Cevher KAGAR