

NAVİGASYON TAKİP SETİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Hastanemiz envanterinde bulunan Medtronic marka S7 Model navigasyon sistemine ait entrumanlar ile uyumlu ve orijinal olmalı, aynı üretici tarafından üretilmiş ve orijinal olmalıdır.
2. Medtronic'in test ettiği ve valide ettiği marka olmalıdır.
3. Navigasyon için tasarlanmamış el aletlerinin navige edilebilmesi için kullanılan adaptörlerdir.
4. Kullanılacak el aletlerinin boylarına göre küçük, orta, büyük olmak üzere 3 ayrı çeşidi bulunmalıdır.
5. Üzerine 3 veya 4 adet küre yerleştirilebilir olmalıdır. Kablosuz olmalıdır.
6. Eğik uçlu enstrumanlardan navige edilebilmelidir.
7. Kraniyel, spinal ameliyatlarda kullanılabilir olmalıdır.

Prof. Dr. K. Zafer YÜKSEL
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Etiyoloji Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Etiyoloji Hastanesi
İstanbul
Telefon No: 6505
Faks No: 63983

Doç.Dr. İdris ALTUN
K.S.U. Nöroşirürji ABD
Dip Tescil No: 131674