

## (TEL SEPET) STERİLİZASYON SEPETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (10 ADET)

1. AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Yaklaşık (en\*boy\*yükseklik) 30\*60\*30 cm ölçülerinde olmalıdır.
3. Toplam ağırlığı 3,450 kg (+/- 0,5 kg tolerans) olmalıdır.
4. 2 mm kalınlığındaki teller ile imal edilmiş olmalıdır.
5. Tüm üst kenar, alt kenar ve yan kenarlarında kuvvetlendirici 4 mm veya 6 mm kalınlığında çubuklar olmalıdır.
6. Sterilizasyon cihazına uygun olmalıdır.
7. Isı altında çalışmaya uygun olmalıdır.
8. Üst üste istiflene bilmelidir.
9. Teller ile yaklaşık 2,5x2,5 cm ila 3\*3 cm lik kareler kalacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
10. Kaynak, punta v.s. işleme izleri ve lekeleri olmamalıdır.
11. Sepette kaynak lekesi, el kesecek keskin köşe, çapak vs. işçilik hataları olmamalıdır.
12. Üretici veya satıcı tarafından özellikle istenen bir dezenfeksiyon metodu varsa, hastanemizde uygulanabilirliği bakımından bu doküman ile (paslanmaz çelik kullanma kılavuzu, bakım talimatı vb.) açıkça belirtilmelidir.
13. Üretici firma ürünün periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Ürünler periyodik bakım gerektirmiyorsa üretici firma bunu yazılı olarak sunmalıdır.
14. Üretici firma, teklifleri ile ürünün tıbbi ve teknik özelliklerinin görüleceği orijinal teknik dokümanları vermelidir.
15. Üretici firmalar teklifleri ile tanıtım numunelerini de ilgili bölüme göstermek ve ilgili kişilerden uygunluk almak üzerine getirilecektir. İstenen teknik özellikleri sağlanmayan, işçiliği kusurlu bulunan yâda istenen maddeler dışında kalan ürünler kabul edilmeyecektir.
16. Teslim edilecek ürünler orijinal ambalajında ve kullanılmamış olduğu belirtilerek teslim edilmelidir.
17. Sepetin üretiminde TIG kaynak yöntemi kullanılmış olmalı, birleşme noktalarında kesinlikle bakteri üremesine sebep olacak gözenek ve kaynak boşlukları olmamalıdır, işçilik hataları olmamalıdır.
18. Hastane ekipmanlarının imal edildiği paslanmaz çelikler AISI/SAE 304 kalite paslanmaz sac olacaktır. Bu husus imal tarihinden önce bir ayı kapsayacak şekilde akredite edilmiş yurtiçi laboratuvarlardan alınan belge ile belgelenecektir.
19. Üretici firma, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl ücretsiz;10 yılda ücretli servis ve yedek parça garantisi verecektir.
20. Sepetin garanti süresinin bitiminden itibaren ücret karşılığı olarak, yedek parça temini ve bakımı için 10 (on) yıl; ürünün üretimi sonlanması halinde, sonlanmasını takriben 7 (yedi) yıl süre ile yedek parça garantisi altında olacaktır. Firma teklifini verirken, garanti kapsamı dışı hızlı devreden yedek parçaların ve sarf malzemelerinin, ileriye dönük dolar bazında 10 yıl sürekli yedek parça ile sarf malzeme fiyat listelerini de verecektir.
21. Üretici firma ürünün yeni ürün olduğunu, üretici firma tarafından onaylanmış belgesini vermek zorundadır. Ürünler hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir.
22. Üretici firma, TSE tarafından verilmiş "Hizmet Yeterlilik" belgesine sahip olmalıdır.
23. Üretici firma, TSE tarafından verilmiş "TSEK" belgesine sahip olmalıdır.
24. Üretici firma, (TURKAK Onaylı) ISO 9001:2015 seri kalite yönetim belgesine sahip olmalıdır.
25. Üretici firma, ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
26. Üretici firma, ISO 13485 2016 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
27. Üretici firma, OHSAS 18001:2007 iş sağlığı ve yönetimi belgesine sahip olmalıdır.
28. Üretici firma, ISO 10002: 2018 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
29. Belirtilmeyen hususlarda idari şartname hükümleri geçerlidir.
30. Ürün alımına numune denenerek karar verilecektir.

**Serap KOCA**  
Sterilizasyon Ünitesi  
Sorumlu Hemşiresi

**Doç. Dr. Özlem KILIÇCI**  
K.S.O. Tıp Fakültesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Laboratuvar Sorumlusu  
Dip. Tes. No: 124438