

TAM OTOMATİK KESME VE KAPATMA CİHAZI

1. Cihaz tam otomatik olmalı fakat istenildiği zaman manuel olarak da kullanılmalıdır.
2. Cihaz istenildiği gibi ısı ayarı yapabilmelidir.
3. 5cm ile 40cm arası ruloları kapatabilmelidir.
4. Kapatılan yerde açılma olmaması için en az 12mm eninde kapatabilmelidir.
5. Hareketli iç aksamda çift taraflı veya dairesel bıçak olmalıdır.
6. Dijital LED ekrandan 5cm ile 999cm arası kesme uzunluğu ayarlanabilmelidir.
7. Dijital LED ekrandan 1-999 adet arası kesme miktarı ayarlanabilmelidir.
8. Dijital LED ekrandan daha sıkı kapamayı sağlayan baskı seçenekleri 1sn - 3sn arasında ayarlanabilmeli veya basınç ayar mekanizması olmalıdır.
9. Dijital LED ekrandan kapama ısı ayarlanabilmelidir.
10. Cihaz 98/79 EEC makine yönergesinin EK 1 ve 93/68 EEC yönergesine uygun olmalıdır.
11. Üretici DIN EN ISO 9001:2000 belgesine sahip olmalıdır.
12. Doğru ve kesin kapatma derecesini sağlayan PID kontrol özelliği olmalıdır.
13. Cihaz fotoselleri sayesinde aynı anda birkaç ruloyu kesme ve kapama işlemini yapabilmelidir.
14. Otomatik sürekli form şeklinde kapatmayan cihazlarda , manuel kontrolü kolaylaştırmak için ayak pedalı da her bir cihaz için ücretsiz olarak verilmelidir.
15. Cihaz 110 ile 230° C arasında kapatma özelliğine sahip olmalıdır.
16. Cihazın ağırlığı 35kg'dan fazla olmamalıdır.
17. Tüm operasyonlar mikroprocessor tarafından otomatik olarak kontrol edilmeli ve LED dijital ekranda görüntülenmeli.
18. En az iki yıl servis garantili olmalıdır. Servis süresi boyunca arıza durumu meydana gelmesi halinde en geç 48 saat içerisinde problem giderilmeli, daha uzun sürecek servis süresi olduğu takdirde kuruma aynı evsafa bir cihaz servis süresi boyunca bırakılmalıdır.
19. Dairesel bıçak sistemi olmayan cihazlarda her bir cihaz için 5 adet bıçak , teflon ve silikon ped gereksinimi olan cihazlarda her bir cihaz için 5 adet teflon ve 2 adet silikon ped ücretsiz olarak verilecektir.
20. Her bir cihaz için 50 adet SEAL CHECK-TYVEK testi verilmelidir.
21. Cihazın alımına demo yapılarak karar verilecektir.

Serap KOCA
Sterilizasyon
Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Murat ARAL
KSÜ Tıp Fakültesi Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu
Dip. No: 994