

ÇAMAŞIR SERVİS ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanılan çamaşırların toplanması için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. 3 adet, ürün ebadı yaklaşık 120x50x90 cm (±5 cm) olmalıdır.
4. Ürün iki bölümden oluşmalıdır.
5. İlk bölüm demonte brandalı olmalıdır.
6. Branda değiştirilebilir ve bir yedekli olmalıdır.
7. Branda etrafı tel çubuklar ile bariyerli olmalıdır.
8. Ürünün yan tarafında temiz çarşafların dizilmesi için 3 katlı servis alanı olmalıdır.
9. Servis rafları en az 60 cm uzunlukta olmalıdır.
10. Servis rafları bariyerli olmalıdır.
11. En üst raf dezenfektan vb. ürünleri koymak için şişelik bulunmalıdır.
12. Ürün iki âdeti frenli 4 tekerlekli olmalıdır.
13. Tekerlekler 100 mm çaplı olmalıdır.
14. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
15. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
16. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
17. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
18. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
20. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
21. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.



Ömer MİKZAĞOĞLU
İz
Sayfa-8

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ÖZDEMİR
S.B. Araştırma ve Eğitim Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. ABD
Çocuk Enfeksiyon BD
2023-2024