


P

İKİ KATLI CERRAHİ ALET MASASI

1. Alet masasının bir adedi 90 cm yükseklik-60 cm en-120 cm uzunluk ölçülerinde olmalıdır.
2. Alet masası 304 kalite paslanmaz çelik sacdan üretilmiş olmalıdır.
3. Alet masası iki raflı olmalıdır.
4. Raf kenar ölçüsü en az 3 cm ve içe doğru çift bükümlü olmalıdır.
5. Alet masası hareketli olmalıdır. Kulpsuz olmalıdır.
6. Alet m asasında kullanılan tekerlekler en az 8 cm çapında, çiftli ve yere temas eden yüzeyi kauçuk Pkaplı olmalıdır.
7. Alet masasının dört tarafı bariyerli olmalıdır
8. Tekerleklerin en az iki adeti Antistatik özellikte ve en az iki adeti de frenli olmalıdır.
9. Alet masası ayakları, 304 Kalite 021x1,20 mm ölçülerinde paslanmaz çelik boru profil olmalıdır.
10. Alet masası fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
11. Üretici firma ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
12. Üretici firma ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
- 13PP. Üretici firma ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.

Prof. Dr. K. Zafer YÜKSEL
K.S.D. Tıp Fakültesi
Moroşirürji ABD
Diploma Tescil No: 6505
Uzm. Tescil No: 63983

Esmâ BASDAN
Ameliyathane
Sorumlu Hemşiresi



Prof. Dr. K. Zafer YÜKSEL
K.S.U. Tıp Fakültesi
Nöroşirürji ABD
Diploma Tescil No: 6505
Uzm. Tescil No: 63983

Esma BASDAN
Ameliyathane
Sorumlu Hemşiresi