

AMELİYATHANE DOLABI-ÇEKMECELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünün Devlet Malzeme Ofisi kodu:104268-K3047
2. Kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Kapaklarda tekparça boydan boya kulp olmalıdır.
4. Temperli cam kapağı olmalıdır.
5. Dolabın üst kısmında 3 raflı bölmesi altında ise 4 adet çekmecesı bulunmalıdır.
6. Raflı bölmenin 2 adet camlı açılır kilitlenebilir kapağı bulunmalıdır.
7. Paslanmaz çelikten çepeçevre kenar kapama pervazı bulunmalıdır.
8. Ölçüleri yaklaşık olarak (ExBxY) 450x900x1800 mm olmalıdır.
9. Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve sıraya göre cevap vereceklerdir.
Bu cevaplar “Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
10. Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceğı belirtilecek ve döküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.
11. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan firma teklifleri reddedilecektir.
12. Satıcı firma, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceğı gerekli orijinal teknik dökümanları vermelidir.
13. Teklif edilen ürüne ait Ulusal veya Uluslararası geçerli olan (TSE, TSEK, ISO, CE vb.) standartlara uygunluk belgesi olmalıdır.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir
Göz Hastalıkları A.D. Başkanı



Bu belge, güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5637&eD=BSLNUADKFB&eS=273590> adresinden yapılabilir.