

CASPAR BİPOLAR FORSEPS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GENEL HÜKÜMLER

1. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
2. Teklifler ile birlikte malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özellikleri orjinal katalog veya kullanım kılavuzu ile teyit edilmelidir.
3. Satıcı firma, teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir onaylı Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.
4. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır.
5. İmalatçı, firmanın Türkiye'de yerleşik yetkili teknik servisi bulunmalıdır.
6. Teklif veren firmanın üretici tarafından yetkilendirilmiş Türkiye'de bulunan teknik servisi olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Teklif edilecek bipolar forsepsler çok kullanımlı olmalıdır.
2. Teklif veren firmanın üretim portföyünde çok kullanımlı ve tek kullanımlı bipolar forsepsler ve kablolar bulunmalıdır.
3. 134 derece buhar otoklavına girebilecek özellikte olmalıdır.
4. Bipolar forsepsler uç kısmına kadar siyah izolasyon ile kaplı olmalıdır.
5. Teklif edilecek Bipolar forsepsler mikroskop altında görüşü engellemeyecek şekilde açılı yapıya sahip olmalıdır.
6. Teklif edilecek bipolar forsepsler , hassas işler için ince ve küçük yapıda olmalıdır.
7. Teklif edilecek bipolar forsepslerin uçları yuvarlatılmış ve parlatılmış olmalıdır.
8. Teklif edilecek bipolar forsepslerin uçlarının eş bir şekilde kapatılabilmesi için paralel yerleştirilmiş kılavuzu olmalıdır.
9. Üretim portföyünde 165mm'den 220mm'ye kadar toplam uzunlukları bulunan forsepsler olmalıdır.
10. Üretim portföyünde düz ,açılı,ucu eğri tipte forsepsler bulunmalı çalışma uzunlukları 70mm ile 125mm arasında değişebilmelidir. En az 4 farklı çalışma uzunluğunda forseps çeşitleri bulunmalıdır.
11. Üretim portföyünde 0,2 mm ile 2.0 mm arasında en az 15 farklı genişlik ve tipte bipolar uç çeşiti olmalıdır.
12. Bipolar forsepsler siyah olmalı ürünlerin kodları forsepslerin üzerinde yazmalıdır.
13. Forsepsler ile birlikte aynı marka ve uyumlu kablo verilmelidir. Forsepsler round pin bağlantı ve tab bağlantı tipinde olmalıdır. Teklif edilecek kablo tab ,round ve US round tiplerine uyumlu olmalıdır.
14. Teklif edilecek ürün özellikleri aşağıdaki gibidir;

Uç Çapı	Çalışma Uzunluğu	Toplam Uzunluk	Penset Tipi	Adet
1.0mm	100mm	195mm	Açılı	5
1.0mm	125mm	220mm	Açılı	2
3 konnektörlü Bipolar Kablo				7

Prof. Dr. İhami Taner KALE
Dip. No: 8808 Uzm. No: 35804/61433

KSÜ. Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi AD

Dr. Öğretim Üyesi Sezgin TOPUZ
K.S.Ü. Sağlık Bilimleri ve
Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 116931