

GÖZLÜK CAMI DENEME KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gözlük kutusu kapağı kalkabilir taşıma çantası ile verilmelidir. Kutunun kilidi olmalıdır.
2. Kutuda en az 236 adet deneme camı bulunmalıdır.
3. Kutuda 140 adet sferik, 76 adet silindirik, 10 adet prizma ve 10 adet aksesuar camı bulunmalıdır.
4. Kutuda sferik ve silindirik camların her birinden ikişer adet (sağ ve sol göz için) bulunmalıdır.
5. Camlar çift taraflı kullanıma uygun olmalıdır.
6. Kutu içindeki camların iç çapı 25mm ve dış çapı 38mm olmalıdır.
7. Kutu içindeki camlar plastik kaplamalı olmalı ve tutmak için sapı olmalıdır.
8. Miyop ve hipermetrop camların kaplamaları farklı renkte olmalıdır.
9. Sferik cam değerleri :
+/- 0.25 D' ye kadar +/- 0.12 D
+/- 0.25 D ile +/- 4 D arasında +/- 0.25 D
+/- 4 D ile +/- 8 D arasında +/- 0.50 D
+/- 8 D ile +/- 16 D arasında +/- 1 D
+/- 16 D ile +/- 20 D arasında +/- 2 D' lik artışlarla olmalıdır.
10. Silindirik cam değerleri :
+/- 0.25 D' ye kadar +/-0.12 D
+/- 0.25 D ile +/- 3.50 D arasında +/- 0.25 D
+/- 3.50 D ile +/- 5 D arasında +/- 0.50 D
+/- 5 D ile +/- 6 D arasında +/- 1 D' lik artışlarla olmalıdır.
11. Prizma cam değerleri 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ve 10° olmalıdır.
12. Aksesuar camları toplam 10 adet olmalıdır. 2 adet merkezleştirme camı, buzlu cam, kırmızı cam, yeşil cam, pinhole deliği camı, slit camı, sıfır diyopter camı, siyah kapama camı ve maddox camını içermelidir.
13. Silindirik camlarda aks çizgisi olmalıdır.
13. Kutunun boyutları 530x390x105mm olmalıdır.
14. kutu ile birlikte bir adet skiaskopi cetveli verilmelidir. Skiaskopi cetvelinin konveks ve konkav camların belirlenebilmesi için yeşil ve kırmızı iki ayrı cetveldен oluşmalı ve plastik kılıfı ile birlikte verilmelidir.
15. İştirakçi firma katalog ve tanıtım broşürlerini ihale evrakları arasına koymalıdır.

Bu belge, güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.


Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5637&eD=BSLNUADKFB&eS=273590> adresinden yapılabilir.

İmza: Dr. Gökhan ÇETİNKAYA
T.C. Sağlık Bakanlığı
Dr. Tes.: 66803 - Dip. Tes. No: 9639211

16. Ürün kataloğunda ilgili teknik şartname özellikleri işaretlenmelidir.

17. Teklif edilen malzeme için TSE hizmet yeterlilik belgesi ile sanayi ve ticaret bakanlığı satış sonrası hizmet belgesi yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir
Göz Hastalıkları A.D. Başkanı



Bu belge, güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5637&eD=BSLNUADKFH&eS=273590> adresinden yapılabilir.