


AÇI GÖRÜNTÜLEME AYNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alet, ön kamara açısının muayene edilmesini sağlamalı ve Zeiss tipi olmalıdır.
2. Alet, tüm açının aynı anda muayenesine izin vermeli ve 4 aynalı olmalıdır.
3. Alet, kaliteli malzemeden üretilmiş olmalı ve optik aberasyonları engellemelidir.
4. Aletin elciği olmalı ve kullanışlı olmalıdır.
5. Alet orijinal lens kabı ile birlikte verilmelidir.
6. Alet, buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
7. Alet üzerinde üretici firmanın adı yer almalıdır.
8. İştirakçi firma katalog ve tanıtım broşürlerini ihale evrakları arasına koymalıdır.
9. Teklif edilen malzeme için TSE hizmet yeterlilik belgesi ile sanayi ve ticaret bakanlığı satış sonrası hizmet belgesi yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir
Göz Hastalıkları A.D. Başkanı



Bu belge, güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5637&eD=BSLNUADKFH&eS=273590> adresinden yapılabilir.