


Görme Eşeli Teknik Şartnamesi

1. Eşel göz polikliniğinde görme keskinliğini ölçmek üzere imal edilmiş olmalıdır.
2. Üründe standart harfler dışında E eşelleri sütunu bulunmalıdır.
3. Üründe her sıranın görme keskinliğini gösteren ondalık göstergesi olmalıdır.
4. Ürünün gövdesi metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
5. Ürünün ön yüzeyinde cam olmalıdır.
6. Ürünün gövdesi üzerinde açma/kapama anahtarı olmalıdır.
7. Üründe iki adet çubuk floresan ampul olmalıdır.
8. Ürünün tüm metal aksamı elektrostatik toz boya ile kaplanmış olmalıdır.
9. Ürünün ölçüleri 90(D) x 260(G) x 660(Y) mm olmalıdır

Prof. Dr. Gökhan Özdemir
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı



Bu belge, güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5637&eD=BSLNUADKFH&eS=273590> adresinden yapılabilir.