

KADIN DOĞUM MUHTELİF CERRAHİ ALETLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

01. Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin teklif cetvelinde belirtilmesi zorunludur
02. Cerrahi Aletlerin üzerinde üreticinin fabrikanın adı, aletin katalog numarası, imal edildiği ülke ve paslanmaz çelikten olanlar üzerinde de " stainless steel " ibaresi silinmeyecek şekilde yazılı olacaktır. Bu özellikler ihaleye verilecek numuneler üzerinde de aranacak uygun olmayan numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
03. Cerrahi Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olacaktır.
04. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği Cerrahi Aletler şartnamede belirtilen aynı evsafı ve aynı fonksiyonları görecektir. İsteğe bağlı olarak aynı marka aletleri de teklif edebilir.
05. İsteğe bağlı olarak teklif ettiği cerrahi aletlerin marka ve katalog numaralarını ve evsaflarını birim fiyat teklif cetvelinde (şartname uygunluk belgesinde) açık ve detaylı olarak belirteceklerdir. Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu aynı zamanda ihaleye verilecek üreticinin orijinal katalog ve broşürlerindeki bilgiler ile de teyid edilecektir.
06. İsteğe bağlı olarak listesinde belirtilen bir veya birden fazla sete teklif verebilirler. Ancak set bütünlüğünün korunması için teklif edilecek setin tamamına teklif verilmesi zorunludur. İsteğe bağlı olarak ürünlerine ait katalog numaralarını birim fiyat teklif cetveline ve şartnameye uygunluk belgesine yazmak zorundadırlar. Teklif veren firmanın kendi markasına ait katalog numaralarını bir veya birden fazla kalemde yazmaması yada özel üretim, eşdeğeri, benzeri gibi ibarelerle belirtmesi durumunda firmanın o sete ait teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
07. İthalat ve Tıbbi Cihazlar 93/42/ECC ve Dış Ticarette Standartizasyon yönetmelikleri gereği TSE'den ithalat için uygunluk alınması zorunluluğu halinde, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden ithal edilecek ürünlerde istekli veya yüklenici bununla ilgili TSE Uygunluk Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini sözleşme muhtevası malların idareye teslimi anında idareye vermekle yükümlü olacaktır.
08. Liste içeriğinde set veya setlerin tamamı veya bir kısmı için sterilizasyon kutusu istenmesi halinde, sterilizasyon kutusu ve uygun tel sepeti veya silikon çimi ile birlikte verilecektir. Firmalar verecekleri sterilizasyon kutularının ve tel sepetinin veya teflon çimlerin ebatlarını ve katalog numaralarını birim fiyat teklif cetvelinde ve teknik şartnameye verecekleri cevapta belirteceklerdir. Alet kutuları aşağıdaki evsafı olacaktır;
- a) Alet kutularının, kapak contası yüksek ısıya dayanıklı silikondan, kapak ve aletlerin konulacağı alt kısım alüminyum alaşımlı metalden üretilmiş olmalıdır.
- b) Kutu kapağında bakterilerin girmesini önleyici disposable olmayan uzun ömürlü filtre sistemi olmalıdır.
09. İhale dokümanı beyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği Cerrahi Aletler şartnamede belirtilen evsafı ve aynı fonksiyonları görecektir. İsteğe bağlı olarak aynı marka aletleri de teklif edebilir. Aletlerin ana işlevini gören uç ve ağız kısmı, Tungsten Carbide veya benzeri metal yapısı açısından aynı olacaktır.
10. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir
11. Cerrahi aletler TUTİBB (TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI) Kayıtlı olacaktır.
12. Aşağıda verilen kodlar KARAOĞLU CERRAHİ ALETLER Kataloğundan olup emsal teşkil etsin diye verilmiştir. Farklı bir firma teklif verebilir.
13. Numune değerlendirildikten sonra alım yapılacaktır.

İhtiyaç Listesi

Stok Kodu	Stok Adı	Miktarı
	KADIN DOĞUM CERRAHİ ALET LİSTESİ	
KG381.24	OVER PENS	5
KE100.14	CERRAHİ STANDART MAKAS	5
KF110.16	PORTEGÜ	5
KS411.25	TEK DIŞLI TENAKULUM	5
KD100.20	STANDART DIŞSIZ PENSET	5
KR361.28	RIA ÇIKARTICI (ALLİGATOR)	5
KR102.22	ALLİS KLEMP (ATRAUMA)	5
KS461.01	SCHUMACHER SERVİKAL BİYOPSİ PANÇ	5
KE128.15	MAYO MAKAS DÜZ	5

Prof. Dr. Alev ÖZER
K.S.D. Hastaneleri Sağlık Kurumu ve
Kadın Hastaneleri
Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. No: 10980/54250

Doç. Dr. Abdullah TOK
K.S.D. Hastaneleri Sağlık Kurumu ve
Kadın Hastaneleri ve Doğum A.B.D.
Dip. No: 8400/60872
Dip. No: 1499