

VİTREKTOMİ LENSİ-GENİŞ AÇI-İNDİREKT- TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Vitrektomi ameliyatlarında fundusun indirekt görüntülenmesi amacıyla imal edilmiş olmalıdır.
2. Lens ile tüm retinanın geniş açıda görüntülenmesi mümkün olmalıdır.
3. Retinada 106°-127° arasında görüntüleme yapabilmelidir.
4. Buhar ile sterilizasyona uygun olmalı ve bu amaçla kabı ile birlikte verilmelidir.
5. Hava sıvı değişimi için kullanılabilmelidir.
6. Lens kornea üzerinde kendiliğinden kaymadan durabilme özelliğine sahip olmalıdır.
(Self stabilizing vitrectomy lens)
7. İştirakçi firma katalog ve tanıtım broşürlerini ihale evrakları arasına koymalıdır.
8. Teklif edilen malzeme için TSE hizmet yeterlilik belgesi ile sanayi ve ticaret bakanlığı satış sonrası hizmet belgesi yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır.
9. Aletler üzerinde katalog numarası ve üretici firmanın ismi olmalıdır.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Mete ÖZLER
Göz Hastalıkları A.B.D.
Dip. No: 03600967 - Dip. Tes. No: 115894

Prof. Dr. Gökhan Özdemir
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gökhan Özdemir
KSÜ Tıp Fak. Göz Hastalıkları A.B.D.
Dr. Tes.: 66803 - Dip. Tes. No: 000021