

- 1- Hastanemiz Kliniğinde kullanılan General Electric marka Voluson E6 Model Renkli Doppler Ultrasonografi cihazı ile birebir uyumlu çalışacak 4D Transvajinal prob olmalıdır.
- 2- Teklif veren firma General Electric marka Voluson E6 Model Renkli Doppler Ultrasonografi cihazının Üretici firması General Electric'in vermiş olduğu Türkiye'de tek yetkili Temsilcisi veya Distirübitor firması olduğuna dair yetki belgesini teklif dosyasında verecektir. Bu belgeye sahip olmayan firmanın teklifi reddedilecektir.
- 3- Teklif edilen 4D Transvajinal prob en az 4.0-9.0 MHz frekans band aralığında çalışmalıdır.
- 4- Teklif edilen 4D Transvajinal proba 1(Bir) yıl garanti verilecektir.
- 5- Teklif edilen probun daha önce "demo" amaçlı kullanılmamış ve sıfır prob olduğunu teklif veren firmalar taahhüt etmelidir.

Dr. Nev ÖZER
T.C. Sağlık Bakanlığı
Uygulama ve Araştırma
Enstitüsü
Doküman Yönetim
Sistemleri
Bölümü
E-posta: nev.oz@sgs.gov.tr
Telefon: 0312 292 77 94/356