


Vajinal Prob (Transducer) Teknik Özellikleri

1. Mindray Marka DC-70 Model Ultrason Cihazının orijinal probu olmalıdır.
2. Prob 3D/4D yapabilmelidir.
3. En geniş görüntüleme alanı 106° olmalıdır.
4. Prob yüzey çapı 45 mm olmalıdır.
5. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi uygulamalarında kullanılabilir olmalıdır.
6. Probun cihazda çalışması için gerekli olan tüm donanım ve yazılımlar firma tarafından verilecektir.
(Modül+ Yazılım)
7. Probun üzerinde üretim parti numarası ve seri numarası yazılı olmalı, bu seri numarasına düzenlenmiş üretici firma tarafından verilmiş garanti taahhütnamesi bulunmalıdır.
8. Prob cihaz markası ile aynı olmalıdır.
9. Firma, kullanılacak malzemenin üreticisi olup Teknik servis ve Satış konusunda Türkiye genelinde teklif vermeye yetkili olmalıdır.


Y. ÖZER
Tic. Sic. No. 271154/36