

HD VIDEO GASTROSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz HD özelliğinde olmalıdır.
2. Video gastroskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
3. Video gastroskopun saha görüş açısı en az 140 derece olmalıdır.
4. Video gastroskopun saha görüş derinliği en az 6-100 mm arasında olmalıdır.
5. Video gastroskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
6. Video gastroskopun insertion tüp dış çapı en fazla 9,3 mm olmalıdır.
7. Video gastroskopun distal dış çapı en fazla 9,2 mm. olmalıdır.
8. Video gastroskopun çalışma kanalı iç çapı en az 2.4 mm olmalıdır.
9. Video gastroskopun faydalı çalışma uzunluğu en az 1.000 mm olmalıdır.
10. Video gastroskopun ucunun bükülebilme kapasitesi en az; yukarı 210 derece, aşağı 90 derece, sağa 100 derece, sola 100 derece olmalıdır.
11. Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına batırılabilir durumda olmalıdır.
12. Video gastroskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.
13. Garanti süresi boyunca kullanıcı hataları dahil tüm arızalar yüklenici firmaya aittir.
14. Endoskopa uyumlu 2 adet çok kullanımlık 5 adet tek kullanımlık biopsi forcepsi ve 5 adet fileli sneyre hibe verilecektir.

K. MARAŞ SÜLEYMANİYE
TIP FAKÜLTESİ
Dr. Öğr. Üy. Ali Erdal KAYA
Dip. Tes. No: 93770
Göğüs Hastalıkları A.D.

Dr. Öğr. Üy. Sesi
Şehin BUNGÖK