

GENEL CERRAHİ KÜÇÜK THOMPSON SETİ (IŞIKLI)
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Teklif veren firmaların teklif ettiği ürün özel üretim olmamalı, ürünün katalog numaraları ve ölçüleri temin edilecek orijinal kataloglarında bulunmalıdır.
2. Teklif edilecek retraktör ışığı kurumda bulunan ışık kaynağı ile uyumlu olmalıdır.
3. Teklif edilecek ürün retraktör takma aparatı (lite clip) ile blade üzerinde konumlandırılmalıdır.
4. Blade üzerine takılacak kısım flexible polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Tavan lambası veya parlak ışık altında gözü alacak şekilde parlayan maddeden imal edilmiş olmamalıdır.
5. **Sistemde aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır;**
 - a. 1 adet Retractor Lite Xe with Cable (Ref: 40002RX)
 - b. 1 adet Lite Clip (Ref: 40026)
6. Her ürün üzerinde mutlaka katalogdaki kod numarası ve markası yazılı olmalıdır
7. Orijinal katalog üzerinde sistemdeki parçalar işaretlenmiş olmalıdır.
8. Ürünlerin UBB kaydı bulunmalıdır.
9. İki yıl fabrika, on yıl yedek parça temini ve satış sonrası teknik servis garantisi altında olmalıdır.
10. İlgili kliniğe demo yapılacak olup, demo yapıldıktan sonra karar verilecektir.
11. Bu teknik özellikte yazan ürünler referans olarak Thompson kataloğuna göre hazırlanmıştır.
12. Retractor ışık kablosu kurumda bulunan Thomson Surgical Marka Masaya Monte Retraktör sistemi ile uyumlu olmalıdır.
13. Ürün için demo veya numune istenmektedir

Ksll Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Mehmet Emin YILMAZ
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 8547
Dip. Tes. No: 94413

Dr. Özgür ÜYESLİ İŞLER
K.S.Ü. Sağlık Uygulama ve
Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 172649