

LAPAROSKOPIK TELESKOP SETİ 10MM**0° TELESKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ****1 ADET**

1. Teklif edilen Teleskop, Panoview teknolojisi olmalıdır. Bu husus orijinal broşür üzerinde görülebilmelidir.
2. Teleskop 10 mm çapında olmalıdır.
3. Çalışma uzunluğu 30-31 cm olmalıdır.
4. Teleskop 0 derece ileri oblik görüşlü olmalıdır.
5. Renk kodu mavi olmalıdır.
6. Teleskop üzerinde yanlış fiber optik kablo takılmasını engellemek adına şekiller ile belirlenmiş kodlar bulunmalıdır.
7. Görüntü ekranın her alanında net ve pürüzsüz olmalıdır bu özellik istenildiğinde demonstrasyon ile gösterilecektir.
8. Teleskop üzerinde datamatrix barkod kodları bulunmalıdır. Bu datamatrix barkod kodları marka gözetmeksizin uluslararası standartlara uygun tüm datamatrix barkod okuma cihazları ile uyumlu çalışabilmelidir.
9. Teleskop üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN EN 10088 normlarında belirtilen standartlarına uygun olmalıdır. Üretici tarafından belgelendirilmelidir.
10. Otoklavlanabilmelidir.
11. Teleskop ile birlikte tel sepet verilmelidir.

30° TELESKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ**1 ADET**

12. Teklif edilen Teleskop, Panoview teknolojisi olmalıdır. Bu husus orijinal broşür üzerinde görülebilmelidir.
13. Teleskop 10 mm çapında olmalıdır.
14. Çalışma uzunluğu 30-31 cm olmalıdır.
15. Teleskop 30 derece ileri oblik görüşlü olmalıdır.
16. Renk kodu kırmızı olmalıdır.
17. Teleskop üzerinde yanlış fiber optik kablo takılmasını engellemek adına şekiller ile belirlenmiş kodlar bulunmalıdır.
18. Görüntü ekranın her alanında net ve pürüzsüz olmalıdır bu özellik istenildiğinde demonstrasyon ile gösterilecektir.
19. Teleskop üzerinde datamatrix barkod kodları bulunmalıdır. Bu datamatrix barkod kodları marka gözetmeksizin uluslararası standartlara uygun tüm datamatrix barkod okuma cihazları ile uyumlu çalışabilmelidir.
20. Teleskop üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN EN 10088 normlarında belirtilen standartlarına uygun olmalıdır. Üretici tarafından belgelendirilmelidir.
21. Otoklavlanabilmelidir.
22. Teleskop ile birlikte tel sepet verilmelidir.

Prof. Dr. Tayfun ŞAHİNKANAT
KSÜ Tıp Fakültesi
Üroloji ABD
Dip. No: 20666/24133
Dip. Tescil No: 47E82

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa METİN
K.S.Ü Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Dip. Tescil No: 112971