

TELESKOP SETİ (0° - 30°)

LAPAROSKOPIK TELESKOP TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Teleskopun distal ve proksimal uçları safir kaplamalıdır.
- 2) 10 mm çapında ve düz ileri bakış eksenli 30 derece görüş açılıdır.
- 3) Laparoskoplar, klinisyenlerin hasta için uygun bulunduğu jinekolojik, ürolojik ve genel prosedürler için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- 4) Aktif maddesi $\geq \%2,4$ glutaraldehit veya $\geq \%0,55$ orto-fitalaldehit olan çözeltilerde dezenfekte edilebilmektedir.
- 5) Aşağıdaki sterilizasyon yöntemleri ile steril edilebilmektedir.
 - STERRAD®,
 - STERIS®/Amsco®
 - V-PRO
 - Etilen Oksit (EtO)
 - Buhar otoklav
- 6) Gerektiğinde adaptör yardımı ile değişik sistemlerin soğuk ışık kaynakları ile kullanılabilir.
- 7) Yüksek görüntü netliği için HD (IDEAL EYES®) teklojisi ile üretilmiştir.
- 8) Teleskop yakın kızılı ötesi görüntüleme yapmaya uygun yapıdadır.
- 9) Ameliyathanede kullanılan Stryker marka görüntüleme sistemi ile tam uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr. Alev ÖZER
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum ve Ginekoloji Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dip. Tes. No: 10997794256
Dip. Tes. No: 10997794256

Prof. Dr. Erol KÖSTÜ
K.S.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum ve Ginekoloji Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dip. Tes. No: 11111111
Dip. Tes. No: 12121212

LAPAROSKOPİK TELESKOP TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Teleskopun distal ve proksimal uçları safir kaplamalıdır.
- 2) 10 mm çapında ve düz ileri bakış eksenli 0 derece görüş açılarıdır.
- 3) Laparoskoplar, klinisyenlerin hasta için uygun bulduğu jinekolojik, ürolojik ve ve genel prosedürler için kullanılmak üzere tasarlanmıştır
- 4) Aktif maddesi $\geq$ %2,4 glutaraldehit veya $\geq$ %0,55 orto-fitalaldehit olan çözeltilerde dezenfekte edilebilmektedir.
- 5) Aşağıdaki sterilizasyon yöntemleri ile steril edilebilmektedir.
 - STERRAD®,
 - STERIS®/Amsco®
 - V-PRO
 - Etilen Oksit (EtO)
 - Buhar otoklav
- 6) Gerektiğinde adaptör yardımı ile değişik sistemlerin soğuk ışık kaynakları ile kullanılabilir.
- 7) Yüksek görüntü netliği için HD (IDEAL EYES®) teknoloji ile üretilmiştir.
- 8) Teleskop yakın kızılı ötesi görüntüleme yapmaya uygun yapıdadır.
- 9) Ameliyathanede kullanılan Stryker marka görüntüleme sistemi le tam uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr. Alev ÜZER
K.S.U. Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 109977/94256

Doç. Dr. Bülent KÖSTÜ
K.S.U. Sağlık Uygulama ve Araştırma Enstitüsü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip. Tes. No: 111175
Op. No: 12888