

ÇOK KULLANIMLI ÇİFT TORBALI BALON-MASKE-VALF SİSTEMİ **TEKNİK ŞARTNAMESİ**

A- PEDIATRİK TİP

1. Cihaz birden fazla kez kullanılabilir olmalıdır.
2. Cihaz ana torbası double-bag (çift torba) yapıda ve medikal silikon olmalı, elle hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrıca hasta güvenliğini sağlamak için verilen hava basıncını limitleyici yapıda olup uygulamadan sonra eski haline en kısa sürede dönebilmelidir.
3. Cihaz balonu gel-git hacmi bebek/çocuk tip için ortalama 300 ml, O2 Rezervuar hacmi ortalama 1500 ml olmalıdır.
4. Tek yönlü güvenlik valfi (Single-hutter valve system) 'ne sahip olmalıdır.
5. Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerleştirilmiş ve istenildiğinde sökülüp temizlenebilecek yapıda olmalıdır. Rezervuar balonu ile kullanılmak istenmediği takdirde set içeriğinde çok kullanımlık O2 rezervuar tüpü bebek çocuk modeli için ekstra olarak verilmelidir.
6. Cihazın yapısında basınç limitleyici valf (40cm3 H2O pressure-limiting valve) adı altında, bebek-çocuk akciğerlerine gönderilen havanın fazlasının atmosfere gönderilmesine sağlayan özel bir sisteme sahip olmalıdır.
7. Maske bağlantı konektörü mekanizmayı her yöne rahatlıkla döndürebilmesi için 360 derece dönen bir yapıda olmalıdır.
8. Cihazın maskesi hasta sekresyonların görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda ayrıca yüze tam oturması için ergonomik olarak dizayn edilmiş, hava yastıklı ve şişirme valfine sahip olmalıdır.
9. Cihazın tüm parçaları (O2 Rezervuar Torbası dahil) 134 C' de buhar otoklavında sterilize edilebilmeli, temizlenme şekli kullanma klavuzunda açıklanmış olmalıdır. Cihazla ilgili tüm monte-demonte işlemlerinin görsel olarak takip edilebilmesi için CD ile birlikte kullanıma sunulmalıdır.
10. Tüm ekipmanın kolayca taşınabilmesi için özel olarak dizayn edilmiş yarı şeffaf yapıda bir el çantası bulunmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde üretici firma barkodu bulunmalıdır.
12. Cihaz için çeşitli parça ve ekstra aksesuarların bulunduğu bir set halinde temin edilmelidir.
13. Ürün dezenfekte edilebilmelidir.
14. Cihazların garanti süresi içerisinde oluşacak arızalarda,arıza giderilene kadar yerine yedek cihaz bırakılmalıdır.
15. Ürünün alımına demo yapılarak karar verilecektir.

Set içeriği şu şekilde olmalıdır : 1 Adet çift katlı medikal silikon yapıda cihaz ana torbası, 1 Adet kapalı tip silikon oksijen rezervuar balonu, 1 Adet oksijen rezervuar tüpü, 1 Adet kancalı silikon, cuff lı transparan resusciratorlerde kullanımı uygun bebek-çocuk maske (1 adet no:0),1 Adet tüm ekipmanları taşıma için cihaza özel taşıma çantası.

EsmacİNGÖZ
Hemşirelik Hizmetleri
Müdür Yardımcısı

Serap KOCA
[Signature]