

## NON STERİL ELDİVEN (PUDRASIZ) LARGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Uluslararası standartlara uygun ölçü ve biçimde olmalı.
2. Ambalajı sağlam, üzerine lot no, parti no, üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, kolay açılabilir ambalaj kapağı olmalı.
3. Ambalaj üzerinde eldiven boylarını (S-M-L) gösteren işaret ya da numara belirtilmiş olmalıdır
4. Non steril olmalıdır.
5. Large ebatlarında olmalıdır
6. Eldiven VINYL(vinil) özellikte olmalıdır.
7. Anti alerjik pudrasız olmalıdır, cildi tahriş etmemelidir.
8. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.
9. Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli kavramalı fakat elin hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.
10. Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır
11. Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.
12. Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.
13. Ürünün alımına numune denendikten sonra karar verilecektir.
14. TSE onaylı CE işareti bulunmalıdır.
15. Ürünler raf teslimatı olacaktır. Rafta yer olmadığında paletlerde teslim edilecektir.

Serap KOCA  
Başkan V.  


 Esma CINGÖZ  
Hemşirelik Hizmetleri  
Müdür Yardımcısı

## NON STERİL ELDİVEN (PUDRASIZ) MEDIUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Uluslararası standartlara uygun ölçü ve biçimde olmalı.
2. Ambalajı sağlam, üzerine lot no, parti no, üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, kolay açılabilir ambalaj kapağı olmalı.
3. Ambalaj üzerinde eldiven boylarını (S-M-L) gösteren işaret ya da numara belirtilmiş olmalıdır
4. Non steril olmalıdır.
5. Medium ebatlarında olmalıdır
6. Eldiven VINYL(vinil) özellikte olmalıdır.
7. Anti alerjik pudrasız olmalıdır, cildi tahriş etmemelidir.
8. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.
9. Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli kavramalı fakat elin hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.
10. Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır
11. Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.
12. Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.
13. Ürünün alımına numune denendikten sonra karar verilecektir.
14. TSE onaylı CE işareti bulunmalıdır.
15. Ürünler raf teslimatı olacaktır. Rafta yer olmadığına paletlerde teslim edilecektir.

Sergo KOCA  
Başmüfşire V

CİNGÖZ  
Etilik Hizmetleri  
Yardımcısı

## NON STERİL ELDİVEN (PUDRASIZ) XLARGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Uluslararası standartlara uygun ölçü ve biçimde olmalı.
2. Ambalajı sağlam, üzerine lot no, parti no, üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, kolay açılabilir ambalaj kapağı olmalı.
3. Ambalaj üzerinde eldiven boylarını (S-M-L) gösteren işaret ya da numara belirtilmiş olmalıdır
4. Non steril olmalıdır.
5. XLarge ebatlarında olmalıdır
6. Eldiven VINYL(vinil) özellikte olmalıdır.
7. Anti alerjik pudrasız olmalıdır, cildi tahriş etmemelidir.
8. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.
9. Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli kavramalı fakat elin hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.
10. Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır
11. Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.
12. Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.
13. Ürünün alımına numune denendikten sonra karar verilecektir.
14. TSE onaylı CE işareti bulunmalıdır.
15. Ürünler raf teslimatı olacaktır. Rafta yer olmadığına paletlerde teslim edilecektir.

**Esma CİNGÖZ**  
Hemşirelik Hizmetleri  
Müdür Yardımcısı

**Serap KOCA**  
Eğitimci

## K.S.Ü SUA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE

KSÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sarf Deposunun 2024 yılı sarf malzeme ihtiyaç listesi ( Non Steril Eldiven medium 2.000.000- Non Steril Eldiven large 3.000.000 ve Non Steril Eldiven xlarge 500.000 ) ve şartnameleri ekte sunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ekler: Non steril eldiven ihtiyaç listesi ve şartnameleri (3 sayfa)

29.11.2023  
**Aysun DEMİREL**  
Tıbbi Sarf Depo Birim Sorumlusu  
Tas. Kal. Yetkilisi

