

BİYOMİKROSKOPİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Görüntü aktarma sistemi, göz kliniğindeki biyomikroskopa takılarak kullanılacaktır.
2. Sistemde medikal amaçlı görüntüleme özelliği olmalıdır. Ameliyat mikroskobu ile birlikte verilecek olan video kamerada gelişmiş özelliklere sahip olacaktır.
3. Sistem, bir adet full hd dijital video kamera, kamera kontrol ünitesi ve dijital kamera kablolarından oluşacaktır.
4. Sistemin biyomikroskoba monte edilebilmeli ve bu işlem firma tarafından üstlenilmelidir.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Mete GÜLER
Göz Hastalıkları A.B.D.
Dip. No: 036000657 - Dip. Tes. No: 115894

Prof. Dr. Gökhan Özdemir
Göz Hastalıkları A.D. Başkanı

Prof. Dr. Gökhan Özdemir
KSÜ Tıp Fak. Göz Hastalıkları A.B.D.
Dr. Tes.: 66000 - Dip. Tes. No: 06002117