

1. LAPAROSKOPİK TELESKOP SETİ

a. LAPAROSKOPİ TELESKOPU 31 CM 10 MM 0° (1 ADET)

- 1.Düz ileri görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
- 2.En az 10mm çapında ve en az 31cm uzunluğunda olmalıdır.
- 3.Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
- 4.Optik üzerinde en az iki adet farklı marka fiber optik kablo bağlantısı için ara bağlantı adaptörü olmalıdır.
- 5.Teleskop standart, yüksek ve ultra yüksek (SD, Full HD ve 4K) çözünürlükteki endoskopik görüntüleme sistemlerinde uygun görüntüyü verebilecek özelliktedir.
- 6.Otoklav ile sterilize edilebilmelidir.
- 7.Renk kodu yeşil olmalıdır.
- 8.Rod Lens teknolojisi ile üretilmiş olmalı ve belgelendirilmelidir.
- 9.Optik üzerinde yanlış fiber optik kablo takılmasını engellemek adına şekiller ile belirlenmiş kodlar bulunmalıdır.
- 10.Görüntü ekranın her alanında net ve pürüzsüz olmalıdır bu özellik istenildiğinde demonstrasyon ile gösterilecektir.
- 11.Taşıma ve sterilizasyon konteyneri beraberinde verilmelidir.

b. LAPAROSKOPİ TELESKOPU 31 CM 10 MM 30° (1 ADET)

- 1.İleri - oblik görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
- 2.En az 10mm çapında ve en az 31cm uzunluğunda olmalıdır.
- 3.Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
4. Teleskop standart, yüksek ve ultra yüksek (SD, Full HD ve 4K) çözünürlükteki endoskopik görüntüleme sistemlerinde uygun görüntüyü verebilecek özelliktedir.
- 5.Optik üzerinde en az iki adet farklı marka fiber optik kablo bağlantısı için ara bağlantı adaptörü olmalıdır.
- 6.Otoklav ile sterilize edilebilmelidir.
- 7.Renk kodu kırmızı olmalıdır.
- 8.Rod Lens teknolojisi ile üretilmiş olmalı ve belgelendirilmelidir.
- 9.Optik üzerinde yanlış fiber optik kablo takılmasını engellemek adına şekiller ile belirlenmiş kodlar bulunmalıdır.

Prof. Dr. Tayfun ŞAHİNKANAT
KSÜ Tıp Fakültesi
Üroloji ABD
Dip. No: 20666/24133
Dip. Tes. No: 47562

Doç. Dr. Osman BARUT
KSÜ Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Dip. Tes. No: 100283

10. Görüntü ekranının her alanında net ve pürüzsüz olmalıdır bu özellik istenildiğinde demonstrasyon ile gösterilecektir.

11. Taşıma ve sterilizasyon konteyneri beraberinde verilmelidir.

Prof. Dr. Tayfun ŞAHİNKANAT
KSÜ Tıp Fakültesi
Üroloji ABD
Dip. No: 20665/24133
Dip. Tescil No: 47582

Doç. Dr. Osman BARUT
KSÜ Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Dip. Tes. No: 100283

