

SİSTOSKOPİ TELESKOP SETİ

a. ENDOSKOPİK TELESKOP 30° 4MM (2 ADET)

- 1.30° ve geniş açılı olmalıdır.
- 2.Çapı 4 mm olmalıdır.
- 3.Otoklavlanabilir özellikte ve fiber optik ışık transmisyonlu olmalıdır.
- 4.Teleskop üzerinde fiber optik kablo kalınlığına uygun yönlendirici işaretler olmalıdır. Bu sayede uygun teleskop ve fiber optik kablo eşleşmesi sağlanarak, fiber ve ROD lenslerin daha uzun ömürlü kullanılması sağlanmalıdır.
- 5.Teleskop standart, yüksek ve ultra yüksek (SD, Full HD ve 4K) çözünürlükteki endoskopik görüntüleme sistemlerinde uygun görüntüyü verebilecek özellikte olmalıdır.
- 6.Teleskop üzerinde datamatriks barkod kodları bulunmalıdır. Bu datamatriks barkod kodları marka gözetmeksizin uluslararası standartlara uygun tüm datamatriks barkod okuma cihazları ile uyumlu çalışabilmelidir. Teklif edilen teleskop üzerinde datamatrix kodlarının olduğu üretici tarafından belgelendirilmeli ve noter onaylı olmalıdır.
- 7.Teleskop, üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN 58298 ve ISO 7153-1 normlarında belirtilen standartlarına uygun olmalıdır. Üretici tarafından belgelendirilmeli ve noter onaylı olmalıdır.
- 8.Farklı marka ışık kabloların bağlanabilmesi için ışık bağlantı yerinde en az iki adet adaptör olmalıdır.
- 9.Teleskopun distal ucu çizilmelere karşı dayanıklı safir lens olmalıdır ve orijinal belge/katalog ile belgelendirilmelidir.
10. Ameliyathanede kullanılan kılıf ve çalışma elemanı ile aynı marka olmalıdır.

b. ENDOSKOPİK TELESKOP 0° 4MM (2 ADET)

- 1.0° ve geniş açılı olmalıdır.
- 2.Düz ileri görüşlü olmalıdır.
- 3.Çapı 4 mm olmalıdır.
- 4.Otoklavlanabilir özellikte ve fiber optik ışık transmisyonlu olmalıdır.
- 5.Teleskop üzerinde fiber optik kablo kalınlığına uygun yönlendirici işaretler olmalıdır. Bu sayede uygun teleskop ve fiber optik kablo eşleşmesi sağlanarak, fiber ve ROD lenslerin daha uzun ömürlü kullanılması sağlanmalıdır.
- 6.Teleskop standart, yüksek ve ultra yüksek (SD, Full HD ve 4K) çözünürlükteki endoskopik görüntüleme sistemlerinde uygun görüntüyü verebilecek özellikte olmalıdır.
- 7.Teleskop üzerinde datamatriks barkod kodları bulunmalıdır. Bu datamatriks barkod kodları marka gözetmeksizin uluslararası standartlara uygun tüm datamatriks barkod okuma cihazları ile uyumlu çalışabilmelidir. Teklif edilen teleskop üzerinde datamatrix kodlarının olduğu üretici tarafından belgelendirilmeli ve noter onaylı olmalıdır.
- 8.Teleskop, üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN 58298 ve ISO 7153-1 normlarında belirtilen standartlarına uygun olmalıdır. Üretici tarafından belgelendirilmeli ve noter onaylı olmalıdır.
- 9.Farklı marka ışık kabloların bağlanabilmesi için ışık bağlantı yerinde en az iki adet adaptör olmalıdır.
- 10.Teleskopun distal ucu çizilmelere karşı dayanıklı safir lens olmalıdır ve orijinal belge/katalog ile belgelendirilmelidir.
11. Ameliyathanede kullanılan kılıf ve çalışma elemanı ile aynı marka olmalıdır.

c. SİSTOSKOP YABANCI CİSİM FORSEPSİ (2 ADET)

1. Yabancı cisimleri çıkartmak için kullanılmalıdır.
2. Çift çene hareketli ve fleksible olmalıdır.
3. 7 Fr. ve 365 mm. uzunluğunda olmalıdır.
4. Otoklavlanabilmelidir

Prof. Dr. Tayfun ŞAHİNKANAT
KSÜ Tıp Fakültesi
Üroloji ABD
Dip. No: 20665/24133
Dip. Tescil No: 47582

Doç. Dr. Osman BARUT
KSÜ Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Dip. Tes. No: 100263