

SÜPER İNCE FLEXİBLE ÜRETERO-RENO FİBERSKOP 4.9 Fr (1 ADET)

Teklif edilen süper ince fleksible üreteroreno-fiberskop aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır:

1. Görme genişliği 90° olmalıdır.
2. İleri görüş yönüne sahip olmalıdır.
3. Görüş alan derinliği 2 – 50 mm olmalıdır.
4. Çalışma uzunluğu 670 mm ve toplam uzunluğu 1050 mm olmalıdır.
5. Distal ucu 4.9 Fr olmalıdır.
6. İnsertion tüpü dış çapı en fazla 7.95 Fr olmalıdır.
7. Çalışma kanalı 3.6 Fr olmalıdır.
8. Endoskopun ucu aşağı en az 275°, yukarı en az 275° bükülebilmelidir.
9. Kolay insersiyon sağlamak amacıyla ve kullanım esnasında pasif kıvrılma sağlayarak manevra yapmayı kolaylaştıran yapıda şafta sahip olmalıdır.
10. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
11. Cihaz ile birlikte aşağıda özellikleri belirtilen malzemeler verilmelidir:
1 adet Kanal Temizleme Fırçası
1 adet Kanal Ağız Temizleme Fırçası
1 adet ETO cap

Prof. Dr. Tayfun ŞAHİNKANAT
KSÜ Tıp Fakültesi
Üroloji ABD
Dip. No: 20065/24133
Dip. Tescil No: 47582

Doç. Dr. Osman BARİT
KSÜ Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Dip. Tesc. No: 100283