

HD PEDIATRİK VIDEO KOLONOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Video kolonoskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalı ve High Definition özelliğine sahip olmalıdır.
2. Video kolonoskopun saha görüş açısı en az 140 derece olmalıdır.
3. Video kolonoskopun saha görüş derinliği en az 3-100 mm arasında olmalıdır.
4. Video kolonoskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
5. Video kolonoskopun insertion tüp dış çapı en fazla 10,5 mm olmalıdır.
6. Video kolonoskopun distal dış çapı en fazla 10,5 mm. olmalıdır.
7. Video kolonoskopun çalışma kanalı iç çapı en az 3,2 mm olmalıdır.
8. Video kolonoskopun faydalı çalışma uzunluğu en az 1.690 mm olmalıdır.
9. Video kolonoskopun ucunun bükülebilme kapasitesi en az; yukarı 180 derece, aşağı 160 derece, sağa 160 derece, sola 160 derece olmalıdır.
10. Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına batırılabilir durumda olmalıdır.
11. Video kolonoskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.
12. Garanti süresi boyunca kullanıcı hataları dahil tüm arızalar yüklenici firmaya aittir.
13. Endoskopa uyumlu 2 adet çok kullanımlık 5 adet tek kullanımlık biopsi forcepsi verilmelidir.

Dr. Erolhan Özcan
Süleyman Bılgın

K. MARAŞ SÜLEYMAN BILGIN
TIP FAKÜLTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Bılgın
Diyadin. No: 93770
Çocuk Cerrahisi A.D.