

ELEKTRİKLİ, HASTA BANYO VE TAŞIMA LİFTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, hastanın tedavi sırasında oturur ya da yatay pozisyonda güvenli ve konforlu bir şekilde bulunduğu yerden alınıp kaldırılmasını ve taşınmasını sağlamalıdır.
2. Cihazın aşağı ve yukarı hareketini sağlayan bataryalı elektrik motoru olmalıdır.
3. Cihazın aşağı ve yukarı hareketini sağlayan kumanda paneli kullanıcının her iki elini de kullanabilmesi için ayak kontrollü olmalıdır.
4. Maksimum kaldırma ağırlığı 150 Kg (+/- 10kg) olmalıdır.
5. Cihazın yüksekliği 1730 mm (+/- 100 mm), eni 810 mm (+/- 100 mm), boyu 880 mm (+/- 100 mm) olmalıdır.
6. Cihaz sedyesinin boyu 1940 mm (+/- 50 mm), genişliği ise 455 mm (+/- 50 mm) olmalıdır.
7. Cihazın arka iki tekeri frenli olmalıdır.
8. Cihazın, 24 V değiştirilebilir bataryası olmalıdır.
9. Cihazın batarya dolum uyarı sistemli batarya şarj seti olmalıdır. Güvenlik ve kolay kullanım açısından manyetik şarj bağlantısı olmalıdır.
10. Cihazın istenilen istikamete düz bir çizgide ilerleyebilmesi için ön iki tekerinin düz çizgi sabitleme mekanizması olmalıdır.
11. Cihaz sedyesi üç parçadan oluşmalıdır.
12. Cihaz sedyesinin sırt ve ayak kısımlarının açıları ayarlanabilir olmalıdır.
13. Cihazın sedye kısmında su tahliye çıkışı olmalıdır.
14. Cihazın sedye kısmı üzerinde iki adet emniyet kemeri olmalıdır.
15. Cihazın hijyen sandalyesi olmalı, bu sandalye vasıtası ile hasta tuvalet ihtiyacını lift vasıtasıyla giderebilmelidir.
16. Çıkarılabilen yan sedye parçaları sayesinde istenildiği zaman sandalye& hijyen seti, istenildiği zaman ise sedye olarak kullanılabilir olmalıdır. Bu işlem için herhangi bir alet kullanımına gerek olmamalıdır.
17. Sedyenin tutunma kolu olmalıdır.
18. Cihazın kaldırma yüksekliği 195 mm - 965 mm (+/- 100mm) arasında olmalıdır.

K.S.Ü. S.U.A TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
Yrd. Doç. Dr. Feriye ERGİSEN
Dipl. Tesis No: 130/15
PLASTİK CERRAHİ A.B.D.

Prof. Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU
K.S.Ü. S.U.A Tıp Fak. Hast.
Plastik Cerrahi A.B.D.
Dip. Tesis No: 37319