

CERRAHİ ALET ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Cerrahi aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
- 2) Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 3) Cerrahi aletlerin fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar bulunmamalıdır.
- 4) Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.
- 5) Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kilitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.
- 6) Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının uç kısımları bir noktada birleşmelidir.
- 7) Cerrahi aletler fabrikasyon, işçilik ve malzeme hatalarına karşı en az 2(iki) yıl garantili olmalıdır.

CERRAHİ ALETLER

- TEK DİŞLİ-TENEKULUM
- ASLAN DİŞLİ-TENAKULUM
- HİSTEROMETRİ
- OVER PENS

Yrd.Doç.Dr. Alev ÖZER
Dip. Tes. No: 119977/94256
Kadın Hastalıkları
Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Bülent KÖSTÜ
KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Has.
Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Dip. Tes. No: 116475
Dip. No: 13465