


FLASH OTOKLAV KASETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname Hastanemiz Göz kliniğinde kullanılmakta olan STATIM 5000 flash otoklava alınacak kasete ilişkin teknik özellikleri, montaj, garanti, servis ve eğitim hususlarını konu alır.

1. Kaset, kliniğimizde kullanılan otoklava uygun, yatay tipte, basınç altında buhar sterilizasyonu yapmaya müsait olmalıdır.
2. Kaset hem sıvı hem katıların sterilizasyonuna imkan vermelidir.
3. Kapasitesi 22 litreden az olmamalıdır.
4. 121 ve 134 °C de sterilizasyon yapabilmelidir.
5. Cihazda sterilizasyona başlamadan önce işlemin tam ve sağlıklı gerçekleşmesini sağlamak için cihazın içindeki basıncı düşürerek içerisindeki doymuş buharla kaplanması sağlanmalı ve bu ön vakumlama işleminden sonra sterilizasyona devam edilmelidir.
6. Cihaz 220 V/50Hz ile çalışmalıdır.
7. Cihazın içi paslanmaz çelik malzemeden, dışı ise paslanmaz çelik üzeri toz boyalı olmalıdır.
8. ISO sertifikalı olmalıdır
9. Cihazın ithalatçı firmasının konsolosluk onaylı temsilcilik belgesi, TSE den alınmış hizmet yeterlilik belgesi ve sanayi ve ticaret bakanlığından alınma satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.
10. Kasetin montajı, firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
11. Cihazın kullanıcı ve teknik eğitimi firma tarafından (2) gün süreyle ücretsiz olarak verilecektir.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir
Göz Hastalıkları A.D. Başkanı



Bu belge, güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5637&eD=BSLNUADKFH&eS=273590> adresinden yapılabilir.