

, 1 ADET Teleskop Sterilizasyon ve Saklama Kutusu

1. Tel sepet şeklinde olmalıdır,
2. Boyutları 430 x 65 x 52 mm olmalıdır.
3. En fazla 10 mm çapında ve 34 cm uzunluğunda rijit teleskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
4. Teleskop tutucuları silikon yapılı olmalıdır.
5. Teleskop ışık kablosu adaptörleri için tutucusu olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet ACIPAYAM
K.S.Ü. Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D
Uz. Dip.No: 68150

Doç. Dr. Erdiç EROĞLU
K.S.Ü. Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.
Op. Tes. No: 99115