

ULTRA SLİM VİDEO GASTROSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Video Gastroskop ünite de kullanılmakta olan Video Prosesör(Olympus marka) ile uyumlu olmalıdır.
2. Video Gastroskop görüş açısı 140° olmalıdır.
3. Video Gastroskop görüntü derinliği 3-100mm arasında olmalıdır
4. Video Gastroskop; vasküler yapı ve mukozayı daha iyi inceleme imkanına sahip real time optikal dar bant görüntü işleme (NBI) teknolojisini desteklemelidir.
5. Video Gastroskopta kullanılan konnektör tamamen su geçirmez yapıya sahip olmalı katalog üzerinden gösterilebilmelidir.
6. Video Gastroskop dış tüp ve uç çapı en fazla 5.8 mm olmalıdır.
7. Video Gastroskop kanal iç çapı 2.2 mm ve ya 2.4 mm olmalıdır.
8. Video Gastroskop çalışma uzunluğu 1100 mm, toplam uzunluğu 1420 mm olmalıdır.
9. Video Gastroskop Eğilip bükülme kabiliyeti en az 210° yukarı, en az 90° aşağı, en az 100°sağa, en az 100°sola olmalıdır.
10. Video Gastroskop iki farklı aydınlatma ışık demeti olmalıdır.
11. Cihaz ile birlikte standart setindeki malzemeler verilmelidir.

K.Meraz Sirtel İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Alihan ÇELİK
T.C. Sağlık Bakanlığı A.D.
GÜLER