



ÇOCUK YOĞUN BAKIM-2 DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde kullanımı için uygun olmalıdır.
2. Ürün 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürün ebadı yaklaşık 106x55x200 cm (±5 cm) olmalıdır.
4. Ürün alt tarafında 5 sıra halinde toplam 10 adet çekmece bulunmalıdır.
5. Ürün üst tarafında çift kapaklı bir dolap bulunmalıdır.
6. Üst dolap içerisinde 1 adet ara raf olmalıdır.
7. Çekmece yüksekliği en az alt iki sıra 30 cm ve üst 3 sıra en az 20 cm olmalıdır.
8. Üst 3 sıra çekmeceler demonte paslanmaz üç bölmeli olmalıdır.
9. Alt 2 sıra çekmeceler demonte paslanmaz iki bölmeli olmalıdır.
10. Çekmece kafaları çift cidarlı ve teleskopik raylı olmalıdır.
11. Çekmece ve dolap kapakları plastik demonte yapıda olmalıdır.
12. Dolap kapakları çift cidarlı ve çitçit mekanizmalı olmalıdır.
13. Dolap ayakları zemini temizleyecek yükseklikte olmalı ve altı ayarlanabilir plastik olmalıdır.
14. Yüklenici işe başlamadan keşif yapmalı, bölüm sorumlusunun onayını ile işe başlamalıdır.
15. Ürünler yüklenici tarafından ilgili bölüme çıkartılıp çalışır durumda teslim etmelidir.
16. Ürün iki yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
17. Satıcı firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
18. Satıcı firmanın ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Belgesi Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
19. Satıcı firmanın ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
20. Satıcı firmanın ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.
21. Satıcı firmanın ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır.



Ömer MIRZAEV
Jm
Sayfa-2


Dr. Cengiz DİLBER
M.U. Arastirma Uygulama Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. ABD
Çocuk Nöroloji BD
Tic. Sic. No: 27433-54085