



LED LARİNGOSKOP KISA HANDLE ŞARTNAMESİ

1. Handle yüzeyi tırtıklı olmalıdır. Bu sayede kaymamalı, kolay temizlenebilmeli ve dezenfekte edilebilmelidir.
2. Handle blade'lerin daha rahat kullanılabilmesi için kısa model olmalıdır.
3. Handle güç ve dayanıklılık için yüksek kalitede metalden imal edilmiş olmalıdır.
4. Handle üstünde LED ampul olmalıdır. LED ampulün renk ısısı 5.000K olmalıdır. Bu sayede maksimum ışık yoğunluğunda, homojen ve renk çevrimi doğru aydınlatma ile görüş sağlanmalıdır.
5. Handle üstündeki LED'in ömrü 100.000 saat olmalıdır.
6. Handle dış gövdesi müdahale bitiminde pili ve led ampul modülü sökülerek blade'lerle birlikte buhar sterilizasyonuna girebilmelidir. Handle yeşil standartına sahip olmalıdır.
7. Handle içinde şarj edilebilen Li-ion pil olmalıdır. Pil 2.5 volt ve 800 mah gücünde olmalıdır. Bu sayede pil için hafıza etkisi olmamalı, yüksek kapasitede çalışmalı, şarj seviyesi ve pilin durumu endişesi olmadan handle şarj edilebilmelidir.
8. Handle'n alt kısmında şarj cihazının yuvasına uyum sağlayan pil ile tek parça olan adaptör olmalıdır.
9. Handle masa üstü şarj cihazı ile en fazla 3 saatte tekrar şarj edilebilmelidir.
10. Cihaz 2 yıl fabrika, 10 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis temin garantisi taşımaktadır.
11. 10 adet handle verilecektir.


Prof. Dr. Sadık YURTUTAN
Diyadin No:117995
Uzmanlık No:00082 Yandal No:105121
Çocuk Sağlığı & Hastalıkları ve Neonatoloji Uzmanı


Murat SARI
Yenidoğan Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi