

1 ADET 5 mm 30° TELESKOP

- 1.Düz ileri görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
- 2.En az 5 mm çapında ve en az 29 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 3.Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
- 4.Optik üzerinde en az iki adet farklı marka fiber optik kablo bağlantısı için ara bağlantı adaptörü olmalıdır.
- 5.Otoklav ile sterilize edilebilmelidir.
- 6.Renk kodu kırmızı olmalıdır.
- 7.Rod Lens teknolojisi ile üretilmiş olmalı ve belgelendirilmelidir.
- 8.Optik üzerinde yanlış fiber optik kablo takılmasını engellemek adına şekiller ile belirlenmiş kodlar bulunmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet ACIPAYAM
K.S.Ü. Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.
Uz. Dip.No: 68150

Doç. Dr. Ertaç EROĞLU
K.S.Ü. Kalp Damar Cerrahisi A.B.D.
Dip.Yes. No: 99115